

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування устаткування під тиском - автоклавів, UA-2023-12-29-003630-а

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування устаткування під тиском - автоклавів код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

1. Вимоги щодо якості та умови виконання:

Основними завданнями Технічного обслуговування є:

- визначення якісного стану обладнання, кабельних мереж і перевірка їх працездатності; своєчасне виявлення і усунення недоліків, що знижують ефективність роботи систем і призводять до збільшення відмов апаратури (ПО);
- попередження відмов обладнання (ПО), збільшення міжремонтних термінів експлуатації і термінів служби устаткування;
- перевірка і доведення до встановлених норм параметрів обладнання систем, лінійно-кабельних і розподільних пристроїв;
- перевірка укомплектованості механізмів, апаратури, наявності інструментів і поповнення ЗІП (запасні частини та приладдя);
- аналіз і узагальнення відомостей результатів виконаних робіт, розробка заходів по вдосконаленню форм і методів технічного обслуговування, експлуатації систем;
- технічна консультативна підтримка експлуатує персоналу і керівників по будь-яких питань, пов'язаних з експлуатацією систем з метою ефективного використання.

Для кращої організації технічного обслуговування, ремонту, забезпечення контролю за якістю обслуговування та дотримання умов по охороні праці і техніці безпеки на проведення роботи з технічного обслуговування і ремонту, обов'язково робиться відмітка в журналі технічного обслуговування стерилізаторів

2. Перелік послуг

з/п	Місце експлуатації	Найменування обладнання (у відповідності до облікових документів)	Кількість	Перелік послуг з технічного обслуговування	Періодичність надання послуг
1	м. Дніпро, вул. Ламана 4.	Паровий стерилізатор ГП 100-3М	1	Загальний зовнішній огляд електрообладнання проводиться візуально, а саме: - перевірка стану електрошафи; - пультів управління; - стан контактів електрообладнання апаратів; - надійність кріплення електрообладнання; - надійність з'єднання електричних ланцюгів; - надійність заземлення стерилізатора; - стан металорукава, якщо виявлені несправності (порушена ізоляція, звільнені клеми або підгоріли контакти) необхідно виправити Змащення затвора дверей здійснюється шляхом змащення ходового гвинта	Один раз в 1 місяць

			Перевірка візуального герметичності з'єднання, щільності закривання дверей, стану і надійності кріплення деталей. Підтягування різьбових з'єднань	
			Перевірка працездатності запобіжного клапана	1 раз на 6 місяців
			Замір опору ізоляції електрообладнання. Замір виконується послідовно для кожної фази мережевої ланцюга електронних схем щодо корпусу.	1 раз на рік
			Опір ізоляції ТЕН змиритися послідовно для кожного нагрівача між контактним стрижнем і корпусом нагрівача.	1 раз на рік

2.2. Виконані послуги повинні відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

2.3. Технічне обслуговування здійснюється за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Ламана 4.

2.4. Замовнику при виконанні робіт Виконавець повинен надавати супровідну первинну документацію (акт виконаних робіт).

2.5. Після технічного обслуговування повинні бути відмітки у паспорті про проведене технічне обслуговування (дата, які роботи проводились, печатка)

2.6. У разі виявлення недоліків по якості Виконавець повинен усунути їх за власний рахунок протягом 1 (одного) робочого дня.

2.7. Послуга вважається виконаною, тільки після підписання акту приймання - передачі виконаних послуг двох сторін Сторонами.

У зв'язку зі специфікою надання медичних послуг лікувальним закладом, при отриманні замовлення на проведення термінового поточного ремонту, Учасник повинен розпочати надання послуг **протягом 1 (однієї) доби, з моменту отримання заявки, з виїздом до замовника за адресою Дніпро, вул. Ламана 4.**

Час надання послуг повинен складати не більше 3 (трьох) діб, з моменту отримання замовлення. У разі неможливості проведення поточного ремонту в зазначений термін, за незалежними від Замовника причинами (відсутність запасних запчастин та комплектуючих, відсутність працівників Учасника через поважних причин, та ін.), Учасник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника.

Виконання послуг не повинно впливати на технологічні процеси підрозділів установи. У зв'язку з режимом роботи закладу термін виконання узгоджується з Замовником додатково.

Строк надання послуг – протягом 2024 року

Термін надання послуг – до 31.12.2024 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 56 000,00 грн

2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.