

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (камертон), UA-2023-12-23-000758-а**

#### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

### **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

#### **Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (камертон)**

Кількість- 6 шт

Строк поставки – до 08.02.2024 року

Місце поставки: 49000, м. Дніпро, вул. Ламана, 4

#### **Технічні характеристики**


Камертон 128 Гц має бути виготовлений з алюмінія або нержавіючої сталі

Наявність фіксованих демпферів

Для медичних цілей: перевірка слуху, перевірка чутливості та інші діагностичні цілі

Розмір 22 см (+2 см)

Вигляд камертона:



Для підтвердження відповідності запропонованого товару надати у складі пропозиції паспорт на товар або інший документ

**Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення**

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 12 000,00 грн

2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.