

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, UA-2023-06-08-004883-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг

№ з/п	Найменування послуги	Технічні вимоги	Місце виконання
1	Послуга з ремонту і технічного обслуговування біохімічного аналізатора BioChem SA	<ul style="list-style-type: none"> - Заміна трубки перестального насосу - Заміна трубки пробозабірника зразків - Очистка аналізатору від пилу та бруду - Очистка вимірювальної кювети - Заміна термопасти вимірювальної кювети - Очистка оптичних лінз - Загальне калібрування аналізатору та перевірка відтворювальності результатів. 	проспект Героїв, 22
2	Послуга з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Очистка гідравлічної системи - Очистка голки для забору зразків - Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора - Ручна очистка вимірювальних камер, апертур - Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника - Регулювання положення каретки пробовідбірника - Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери - Замінна набору обслуговування - Загальна перевірка роботи аналізатора - Калібрування та проведення контролю якості - Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	проспект Героїв, 22
3	Послуга з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора КТ-6300	<ul style="list-style-type: none"> - Очистка гідравлічної системи - Очистка голки для забору зразків - Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора - Ручна очистка вимірювальних камер, апертур - Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника - Регулювання положення каретки пробовідбірника - Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери - Замінна набору щорічного обслуговування - Загальна перевірка роботи аналізатора - Калібрування та проведення контролю якості 	вул. Ламана, 4

		<ul style="list-style-type: none"> - Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. - Заміна камери підрахунку клітин WBC - Ремонт вакуумного насосу 	
4	Послуга з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора КТ-6300	<ul style="list-style-type: none"> - Очистка гідравлічної системи - Очистка голки для забору зразків - Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора - Ручна очистка вимірювальних камер, апертур - Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника - Регулювання положення каретки пробовідбірника - Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери - Замінна набору обслуговування - Загальна перевірка роботи аналізатора - Калібрування та проведення контролю якості - Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. - Заміна камери підрахунку клітин WBC - Заміна камери підрахунку клітин RBC - Ремонт вакуумного насосу 	вул. Набережна Перемоги, 94А
5	Послуга з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора КТ-6300	<ul style="list-style-type: none"> - Очистка гідравлічної системи - Очистка голки для забору зразків - Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора - Ручна очистка вимірювальних камер, апертур - Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника - Регулювання положення каретки пробовідбірника - Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери - Замінна набору обслуговування - Загальна перевірка роботи аналізатора - Калібрування та проведення контролю якості - Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. - Заміна камери підрахунку клітин WBC - Заміна камери підрахунку клітин RBC - Ремонт вакуумного насосу 	проспект Героїв, 22

Інші вимоги:

1. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.
2. Ремонт повинен провести сертифікований інженер, надати копію сертифікату(ів) сервісного(их) інженера(ів) від виробника медичного обладнання, про те що він(они) пройшов(ли) навчання для здійснення сервісного обслуговування, що підтверджує досвід в обслуговуванні вказаного в тендерній документації медичного обладнання.
3. Учасник при здійсненні технічного обслуговування повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. Надати гарантійний лист та копії витягів з протоколів навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, та надати копії посвідчень про проходження навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та охорони праці.
4. Послуги повинні надаватися згідно графіку (додається), встановленим Замовником і тільки на території знаходження приладу. Надати гарантійний лист.

5. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. Надати гарантійний лист.
6. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. Надати гарантійний лист.
7. Гарантійні зобов'язання на надані послуги, повинні становити не менше 6 місяців з дня надання послуг. Надати гарантійний лист.
8. Приїзд інженера по гарантійним зобов'язанням повинен здійснюватися протягом доби після подання заявки. Надати гарантійний лист.


Графік надання послуги

Адреса	Період
проспект Героїв, 22	Протягом 2 місяців з дати отримання заявки від Замовника на надання послуг
вул. Ламана, 4	
вул. Набережна Перемоги, 94А	

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 150 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.