

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків, НК 024:2023: 10960 — Кольпоскоп, UA-2023-08-16-004851-а

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків, НК 024:2023: 10960 — Кольпоскоп

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків, НК 024:2023: 10960 — Кольпоскоп	шт	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів. Також для підтвердження відповідності технічних характеристик у складі тендерної пропозиції надати заповнену таблицю «Медико-технічні вимоги».

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що

підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико-технічні вимоги

№	Найменування параметру	Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника
1.	Кольпоскопічна відеосистема з цифровою оптично-електронною відеокамерою	Відповідність	
2.	Основні галузі клінічного застосування:		
3.	Дослідження в гінекології та акушерстві	Наявність	
4.	Лікувальні процедури	Наявність	
5.	Гінекологічна пластична хірургія	Наявність	
6.	Наявні характеристики відеокамери:		
7.	Відеооптична система - цифрова оптико-електронна відеокамера з CCD сенсором	Наявність	
8.	Розмір сенсору камери не менше 1/3"	Наявність	
9.	Розподільча здатність, не менше 440000 пікселів	Наявність	
10.	Горизонтальна роздільна здатність відеотракту системи не менше 480 ТВЛ	Наявність	
11.	Наявні загальні характеристики кольпоскопічної відеосистеми		
12.	Автоматичний режим фокусування	Наявність	
13.	Ручний режим фокусування	Наявність	
14.	Максимальна робоча відстань, не менше 400 мм	Наявність	
15.	Мінімальна робоча відстань, не більше 200 мм	Наявність	
16.	Оптичне збільшення, не менше 18 разів	Наявність	
17.	Електронне збільшення, не менше 12 разів	Наявність	
18.	Глибина зображення, не менше 50 мм	Наявність	
19.	Діаметр поля зору, у діапазоні 10-120 (+2,0) мм	Наявність	
20.	Вбудований електронний зелений фільтр	Наявність	
21.	Функція балансу білого кольору натисканням однієї кнопки	Наявність	
22.	Функція «стоп кадр»	Наявність	
23.	Система кольору, типу NTSC/PAL	Наявність	
24.	Інтерфейс вихідного сигналу S-video, BNC	Наявність	
25.	Освітлення робочого поля за допомогою світлодіодного джерела холодного світла	Наявність	
26.	Джерело холодного світла розташоване на дистальному кінці об'єктива кольпоскопу	Наявність	
27.	Освітленість, не менше 1200 люкс	Наявність	
28.	Можливість безперервної роботи системи, не менше 8 годин	Наявність	
29.	Дистанційний пульт з керуванням наступних найнеобхідніших функцій:	Наявність	
30.	- Баланс білого кольору	Наявність	
31.	- Рівень яскравості зображення	Наявність	
32.	- Рівень контрастності зображення	Наявність	
33.	- Стоп-кадр	Наявність	

34.	- Збільшення зображення	Наявність	
35.	- Зменшення зображення	Наявність	
36.	- Приближення об'єкту обстеження	Наявність	
37.	- Віддалення об'єкту обстеження	Наявність	
38.	- Ввімкнути/вимкнути джерело світла	Наявність	
39.	- Збільшення яскравості джерела світла	Наявність	
40.	- Зменшення яскравості джерела світла	Наявність	
41.	Наявні характеристики штативу кольпоскопічної відеосистеми		
42.	Штатив повинен мати колеса з фіксаторами для вільного переміщення кольпоскопічної відео системи	Наявність	
43.	Висота кольпоскопу регулюється за допомогою спеціального фіксатора	Наявність	
44.	Тримач кольпоскопічної головки штатива з роз'ємом швидкої фіксації	Наявність	
45.	Підключення до зовнішніх пристроїв		
46.	Підключення до монітора через відеоінтерфейс	Можливість	
47.	Підключення до персонального комп'ютера через відеоінтерфейс	Можливість	
48.	Програмне забезпечення:	Наявність	
49.	Можливість формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів	Наявність	
50.	Можливість експорту зображень	Наявність	
51.	Можливість імпорту зображень	Наявність	
52.	Можливість трансформації зображень	Наявність	
53.	Можливість вимірювання відстаней та площі	Наявність	
54.	Можливість друку текстових звітів	Наявність	
55.	Можливість друку зображень	Наявність	
56.	Наявні характеристики персонального комп'ютера	Наявність	
57.	Кольоровий LED монітор без відблисків з діагоналлю не менше 21,5 дюймів	Наявність	
58.	Об'єм оперативної пам'яті не менше 4 ГБ	Наявність	
59.	Об'єм жорсткого диска не менше 500 ГБ	Наявність	
60.	Ліцензована операційна система Windows	Наявність	
61.	Мишка та клавіатура	Наявність	
62.	Комплектація		
63.	Кольпоскопічна відеосистема з цифровою оптично-електронною відеокамерою з вищезазначеними характеристиками	Наявність	
64.	Штатив кольпоскопічної відеосистеми	Наявність	
65.	Робоча станція	Наявність	
66.	LCD монітор з діагоналлю не менше 21,5 дюймів	Наявність	


**всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 227 000,00 грн

2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.