

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Світильник операційний (код НК 024:2019 – 12282 Операційний світильник)
(ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура)

Ідентифікатор закупівлі: спрощена закупівля
ID: UA-2021-06-07-007611-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Підставами для закупівлі та укладання відповідного договору є наступні обставини:

Хірургічне відділення потребує у закупці 2 операційних світильників, згідно наказів МОЗ України №236 від 04.04.2012 р., та №181 від 04.04.2008 р., санітарно-епідемічних вимог № 259 від 02.04.2013 р. МОЗ України: (рефлекторні медичні операційні освітлювачі, які знаходяться в хірургічних кабінетах не можливо використовувати – відсутні замінні лампи (не випускає промисловість) корпус покритий корозією, по технічним вимогам не можливо використовувати.

№	Найменування	Вимога
1	Тип світильника	пересувний
2	Джерело світла	світлодіоди
3	Термін служби світлодіодів	не менше 45000 годин
4	Кількість світлодіодів	не менше 10
5	Максимальна освітленість	не менше 40000 лк
6	Робоча відстань максимальної освітленості	не менше 700 мм
7	Плавне регулювання яскравості освітлення за допомогою ручки або пульта	наявність
8	Діаметр світлового поля	не менше 100 мм
9	Колірна температура	не гірше 4500±500 К
10	Індекс передачі кольору Ra повинен бути в межах	не гірше від 80 до 100
11	Діаметр освітлювального блоку	не менше 200 мм
12	Обертання освітлювального блоку навколо власної осі	наявність
13	Регулювання положення освітлювального блоку повинно здійснюватися за допомогою гнучкої трубки	наявність
14	Мінімальна висота від підлоги освітлювального блоку світильника в горизонтальному положенні світильника	не менше 1600 мм
15	Основа світильника повинна забезпечувати стійкість та зручність переміщення	наявність
16	Живлення від мережі змінного струму	не гірше 100-250 В~, 50 Гц
17	Імпульсний блок живлення світильника	наявність
18	РЧ випромінювання	не гірше Група 1, клас В

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у даному додатку.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому

законодавством порядку.

Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, виготовленим не раніше 2020 року й таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Світильник операційний (код НК 024:2019 – 12282 Операційний світильник) (ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура), кошти НСЗУ - становить 46 000,00 грн.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі, проведено за результатами моніторингу цін на вказані позиції предмета закупівлі на 2021 рік за результатами проведених моніторингу вказаних предметів закупівель на інтернет-ресурсах. Очікувана вартість предмета закупівлі – 46000,00 грн.