

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Фетальний монітор (ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, НК 024:2019: 43958 – Фетальний кардіологічний монітор)

UA-2021-07-14-003861-с

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p> <p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p> <p>Фетальний монітор (ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, НК 024:2019: 43958 – Фетальний кардіологічний монітор)</p> <p>Загальні вимоги:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядаються. Документи для підтвердження відповідності медико-технічних характеристик:<ul style="list-style-type: none">- Декларація (Сертифікат) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України;- Інструкція користувача українською мовою. Надати копію завірену належним чином;2. Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні, не раніше 2020 року виробництва. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника.3. Гарантійний термін обслуговування, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію. Для підтвердження надати гарантійний лист від виробника.4. Доставка, інсталяція обладнання та навчання персоналу проводиться за рахунок учасника. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника.5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника та копії сертифікатів інженерів, сертифікованих виробником.6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.7. Лист від виробника або уповноваженого представника (авторизаційний лист) на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів. Надати копію завірену належним чином; <p>Специфікація на закупівлю</p>
--	---

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	Фетальний монітор	шт	3

Медико-технічні вимоги: Фетальний монітор

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного документу, інструкції тощо.
1	Кнопка реєстрації руху плоду	Наявність	
2	Показання ЧСС плоду	Наявність	
3	Спроможність ультразвукового датчику знімати показники під час руху плоду або пацієнту	Наявність	
4	Аналіз показників по Доуза-Редмана	Наявність	
5	Звуковий сигнал тривоги	Наявність	
6	Термопринтер	Наявність	
7	Розміри, не більше	310x300x100 (мм)	
8	Вага, не більше, кг	3кг	
Дисплей			
9	Тип екрану, не гірше	Дісплей 7 сегментів	
Живлення			
10	Від мережізмінного струму	100-240В, 50/60Гц	
Вимірювання ЧССП			
11	Режим вимірювання	Ультразвуковий	
12	Частота серцевих покращень	50~240 уд/хв	
13	Похибка вимірювання, не гірше	±1 уд/хв	
14	Акустична потужність, не гірше	10мВ/см ²	
15	Робоча частота, не менше	1.0 МГц	

Очікувана вартість предмета закупівлі

190 000,00 грн

Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.