

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (лабораторні реактиви)**

UA-2021-08-02-000246-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.  
Лабораторні реактиви закуповуються відповідно до потреб КДЛ та заявок на закупівлю з урахуванням технічних особливостей та налаштувань обладнання, яке використовується при проведенні аналізів

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (лабораторні реактиви)**

**Загальні вимоги:**

Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічних вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядається.  
Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, кожен учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію відповідності, сертифікат якості та/або паспорт якості, інструкцію з використання (за наявності).  
З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення з обов'язковим зазначенням ID про проведення закупівлі.  
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України).

**Специфікація на закупівлю**


№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Калібратор FER (1×4 рівень×2мл)	уп	1

**Медико-технічні вимоги**

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Відповідність медико-технічним вимогам

			Так/ні
1	Калібратор FER (1×4 рівень×2мл)	<p>Калібратор феритину містить аналіт феритину (FER). Після калібрування за обраними аналітами хімічні аналізатори Mindray серії BS можуть сформувати обґрунтовану калібровану криву і потім обчислювати активність кожної проби автоматично після її аналізу. Аналітична система Mindray BS складається з хімічних аналізаторів Mindray серії BS, наборів реагентів Mindray, калібраторів і контрольних матеріалів.</p> <p>Склад:  Калібратор феритину- рідкий калібратор на основі людського феритину.  Концентрації компонентів калібратора специфічні для кожної партії продукту.</p>	
Очікувана вартість предмета закупівлі	13 500,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку		

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.