

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали**

UA-2021-08-31-007633-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Медичні матеріали закуповуються відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю та стандартів якості даного виду товару.</p>																
	<p><b>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</b></p> <p><b>ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали</b></p> <p><b>Загальні вимоги:</b></p> <p>Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічних вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядаються.</p> <p>1. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, кожен учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію відповідності, сертифікат якості та/або паспорт якості, інструкцію з використання (за наявності).</p> <p>2.3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення з обов'язковим зазначенням ID про проведення закупівлі.</p> <p>3.Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України).</p>																
	<p><b>Специфікація на закупівлю</b></p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1521 515 1687">№ з/п</th> <th data-bbox="515 1521 1209 1687">Найменування товару</th> <th data-bbox="1209 1521 1355 1687">Одиниці виміру</th> <th data-bbox="1355 1521 1458 1687">Кількість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1687 515 1734">1</td> <td data-bbox="515 1687 1209 1734">Халат медичний (хірургічний) на зав`язках</td> <td data-bbox="1209 1687 1355 1734">шт</td> <td data-bbox="1355 1687 1458 1734">150</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1734 515 1808">2</td> <td data-bbox="515 1734 1209 1808">Бахіли одноразового використання (з поліетилену) (4г)</td> <td data-bbox="1209 1734 1355 1808">пар</td> <td data-bbox="1355 1734 1458 1808">1400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1808 515 1884">3</td> <td data-bbox="515 1808 1209 1884">Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М</td> <td data-bbox="1209 1808 1355 1884">пар</td> <td data-bbox="1355 1808 1458 1884">200</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	1	Халат медичний (хірургічний) на зав`язках	шт	150	2	Бахіли одноразового використання (з поліетилену) (4г)	пар	1400	3	Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М	пар	200
№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість														
1	Халат медичний (хірургічний) на зав`язках	шт	150														
2	Бахіли одноразового використання (з поліетилену) (4г)	пар	1400														
3	Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М	пар	200														
	<p><b>Медико-технічні вимоги</b></p>																

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Відповідність медико-технічним вимогам Так/ні
1	Халат медичний (хірургічний) на зав'язках (Код НКО24:2019-35091 Халат операційний, одноразового застосування)	Халат медичний (хірургічний) на зав'язках довжиною 132 см (розмір 54-56( XL) (спанбонд - 30г/м2) стерильний	
2	Бахіли одноразового використання (з поліетилену) (4г) (Код НКО24:2019-61937 Бахіли хірургічні)	Повинні бути для одягання на поверхню взуття з метою дотримання чистоти в лікувально-профілактичних закладах . Повинні бути блакитного кольору. Повинні мати не текстуровану поверхню. Повинні бути з поліетилену. Повинні мати вагу не менше 4 г. Поверхнева щільність не менше 40+0,01 г/м <sup>2</sup> . Повинні мати міцність не менше 80%. Повинні мати розмір 170мм x 410мм. Повинні мати товщину не менше 0,04+0,0001 мм. Повинні бути нестерильними. Повинні бути для одноразового використання.	
3	Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М (Код НКО24:2019-61631 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, непудровані, стерильні)	Повинні використовуватись для маніпуляцій з високим ступенем ризику інфекцій при оглядових процедурах в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Повинні бути виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу. Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню пальців. Повинні бути оброблені силіконом з внутрішньої сторони.	

	<p>Повинні мати довжину не менше 296-297 мм.  Повинні мати ширину долоні по розмірам:  - М - 95 мм (не менше 95+10мм);  Повинні мати товщину в зоні пальців не менше 0,19-0,22мм.  Повинні мати товщину в зоні долоні не менше 0,19мм.  Можуть бути в різних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий.  Повинні мати розміри:М (середній)  Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними.  Повинні бути для одноразового використання.  Повинні бути заповані попарно в індивідуальну упаковку.  Повинні мати термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці.  Повинні відповідати вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.  СУЯ повинна відповідати міжнародному та стандарту України ISO 13485:2016.</p>
<p>Очікувана вартість предмета закупівлі</p>	<p>21 000,00 грн  Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку</p>

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.