

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 «Класифікатор виробів»: 11112 – Цистоскоп)

UA-2021-09-03-011343-с

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p> <p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 «Класифікатор виробів»: 11112 – Цистоскоп)</p> <p>Загальні вимоги:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.2. Гарантійний термін – не менше 12 місяці з моменту вводу в експлуатацію на апарати та 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на оптику, світловоди та інструменти (окрім тих, що передбачені для одноразового використання та витратних матеріалів – електродів резектоскопів, силіконових клапанів та ковпачків троакарів, тощо) (надати гарантійний лист від Учасника).3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.Надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.4. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції) .
--	--

Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Набір діагностичного цистоскопа	комплект	1

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
	Набір діагностичного цистоскопа:	
1	Відеокамера	
1.1	Моноблок, що виконує функції монітора, блоку керування камерою та системи документування даних;	
1.2	Наявність FULL HD відеокамери	
1.3	Розподільча здатність вбудованого монітору не менш ніж 1920x1080 пікселів;	
1.4	Відеовихід: HDMI, DVI, SDI, CVBS	
1.5	Довжина діагоналі не менш 24 дюймів;	
1.6	Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла, потужністю не менше 80W;	
1.7	Кольорова температура не гірше 5 700 - 6 500 Кельвінів	
1.8	Яскравість не гірше 400кд/м2	
1.9	Світловий потік не гірше 2800лм	
1.10	Наявність слоту для USB;	
1.11	Можливість збереження фрагментів відео MP4 та фото JPG або аналог	
2.	Інструменти	
2.1	Ендоскоп, кут поля зору 30 градусів, діаметр не більше ніж 4,0 мм, довжина не менше ніж 302 мм (1 шт.)	
2.2	Ендоскоп, кут поля зору 70 градусів, діаметр не більше ніж 4,0 мм, довжина не менше ніж 302 мм (1 шт.)	

	2.3	Світловод, діаметр не більше ніж 4 мм, довжина не менше ніж 3000 мм (1 шт.)	
	2.4	Тубус та обтюратор, діаметр не більше ніж 15,5 Fr., довжина не менше ніж 222 мм (1 шт.)	
	2.5	Тубус та обтюратор, діаметр не більше ніж 19,8 Fr., довжина не менше ніж 230 мм (1 шт.)	
	2.6	Тубус та обтюратор, діаметр не більше ніж 21 Fr., довжина не менше ніж 230 мм (1 шт.)	
	2.7	Тубус та обтюратор, діаметр не більше ніж 22,5 Fr., довжина не менше ніж 230 мм (1 шт.)	
	2.8	Ендоскопічний місток з інструментальним каналом (1 шт.)	
	2.9	Ендоскопічний місток (1 шт.)	
	2.10	Відхиляючий механізм, з подвійним каналом (1 шт.)	
	2.11	Гнучкі біопсійні щипці, діаметр не більше ніж 7Fr., довжина не менше ніж 370 мм (1 шт.)	
	2.12	Гнучкі пилоподібні щипці, діаметр не більше ніж 7Fr., довжина не менше ніж 370 мм (1 шт.)	
	2.13	Гнучкі ножиці, діаметр не більше ніж 7Fr., довжина не менше ніж 370 мм (1 шт.)	
	2.14	Герметичний ковпак гумовий (5 шт.)	
	2.15	Клапан вхідного потоку (1 шт.)	
	2.16	Клапан вихідного потоку (1 шт.)	
	3	Стійка	
	3.1	Наявність гальм на передній парі коліс	
	3.2	Кількість полиць, не менше 4	
	3.3	Наявність ящику для приладдя	
Очікувана вартість предмета закупівлі	457 000,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку		

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.