

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015 код - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 код - 35616 Система ендоскопічної візуалізації)

UA-2021-09-08-012532-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p>																					
	<p style="text-align: center;">МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ щодо закупівлі</p> <p style="text-align: center;">ДК 021:2015 код - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 код - 35616 Система ендоскопічної візуалізації)</p>																					
	<p>Загальні вимоги:</p> <table border="1" data-bbox="367 802 1468 1513"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Характеристики</th> <th>Вимоги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Обладнання має бути новим, виготовлене не раніше 2020 року</td> <td>Відповідність, надати гарантійний лист</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Гарантійний термін експлуатації</td> <td>Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Обладнання повинно бути дозволене для використання на території України</td> <td>Надати копію Сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/або копію декларації відповідності технічному регламенту</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Наявність в Україні сертифікованого виробником обладнання сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання</td> <td>Надати довідку в довільній формі та копії сертифікатів сервісних інженерів</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання</td> <td>Надати оригінал гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Доставка, інсталяція та пуск обладнання повинно проводитися за рахунок Учасника</td> <td>Відповідність, надати гарантійний лист</td> </tr> </tbody> </table>	№	Характеристики	Вимоги	1.	Обладнання має бути новим, виготовлене не раніше 2020 року	Відповідність, надати гарантійний лист	2.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист	3.	Обладнання повинно бути дозволене для використання на території України	Надати копію Сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/або копію декларації відповідності технічному регламенту	4.	Наявність в Україні сертифікованого виробником обладнання сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання	Надати довідку в довільній формі та копії сертифікатів сервісних інженерів	5.	Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання	Надати оригінал гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні	6.	Доставка, інсталяція та пуск обладнання повинно проводитися за рахунок Учасника	Відповідність, надати гарантійний лист
№	Характеристики	Вимоги																				
1.	Обладнання має бути новим, виготовлене не раніше 2020 року	Відповідність, надати гарантійний лист																				
2.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист																				
3.	Обладнання повинно бути дозволене для використання на території України	Надати копію Сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/або копію декларації відповідності технічному регламенту																				
4.	Наявність в Україні сертифікованого виробником обладнання сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання	Надати довідку в довільній формі та копії сертифікатів сервісних інженерів																				
5.	Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання	Надати оригінал гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні																				
6.	Доставка, інсталяція та пуск обладнання повинно проводитися за рахунок Учасника	Відповідність, надати гарантійний лист																				
	<p style="text-align: center;">Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі</p> <table border="1" data-bbox="383 1618 1452 1750"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Найменування товару</th> <th>Од. вим.</th> <th>Кількість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Система ендоскопічної візуалізації</td> <td>комплект</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	1	Система ендоскопічної візуалізації	комплект	1													
№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість																			
1	Система ендоскопічної візуалізації	комплект	1																			
	<p>Комплектація:</p> <table border="1" data-bbox="367 1855 1468 2013"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування:</th> <th>К-ть</th> <th>Відповідність запропонованого обладнання</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Відеогастроскоп</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ВідеокOLONоскоп</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№	Найменування:	К-ть	Відповідність запропонованого обладнання	1	Відеогастроскоп	1		2	ВідеокOLONоскоп	1										
№	Найменування:	К-ть	Відповідність запропонованого обладнання																			
1	Відеогастроскоп	1																				
2	ВідеокOLONоскоп	1																				

3	Відеопроектор	1	
4	Водяна помпа	1	
5	Інсуфлятор ендоскопічний CO2	1	
6	ПК відеомонітор для візуалізації зображення	1	
7	Візок для розміщення обладнання	1	
8	Тестер герметичності	1	
9	Бачок для води	1	
10	Медичний аспіратор	1	
11	Медичний відеореєстратор	1	
12	Щіпки для біопсії одноразові	4	

Основні технічні характеристики:

№	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметра	Відповідність запропонованого обладнання з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо)
1	Відеогастроскоп – 1шт		
	<i>Призначення:</i>		
	Призначений для дослідження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх відділів ШКТ	Відповідність	
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Напрямок огляду	прямий	
	Глибина різкості, мм	Не менше ніж 2-100	
	Кут поля зору, градусів	Не менше ніж 140	
	Діаметр інструментального каналу, мм	Не менше ніж 2,8	
	Діаметр дистального кінця, мм	Не більше ніж 9,2	
	Діаметр гнучкої частини, мм	Не більше ніж 9,3	
	Кути вигину дистального кінця, градусів	Не менше ніж 210 вгору, 90 вниз, 100 вправо, 100 вліво	
	Довжина робочої частини, мм	Не менше 1100	
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла	Наявність	
	Канал додаткової подачі води	Наявність	
2	Відеоколоноскоп – 1шт		
	<i>Призначення:</i>		
	Призначений для дослідження, діагностики та ендоскопічного лікування нижніх відділів ШКТ		
	<i>Технічні характеристики:</i>		

	Напрямок огляду	прямий	
	Глибина різкості, мм	Не менше ніж 2-100	
	Кут поля зору, градусів	Не менше ніж 140	
	Діаметр інструментального каналу, мм	Не менше ніж 3,8	
	Діаметр дистального кінця, мм	Не більше ніж 12,0	
	Діаметр гнучкої частини, мм	Не більше ніж 12,0	
	Кути вигину дистального кінця, градусів	Не менше ніж 180 вгору, 180 вниз, 160 вправо, 160 вліво	
	Довжина робочої частини, мм	Не менше 1690	
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла	Наявність	
	Канал додаткової подачі води	Наявність	
3.	Відеопроцесор – 1шт		
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Відеосигнал: цифровий вихід з високою роздільною здатністю	DVI, HD-SDI (або аналог)	
	Електронне збільшення масштабу зображення	Не гірше ніж в межах від x1,00 до x2,00	
	Функція автоматичного посилення зображення	Наявність	
	Функція пригнічення шуму на зображенні	Наявність	
	Функція структурного посилення зображення	Наявність	
	Функція контрастування зображення, режимів	Не менше 3	
	Функція вибору розміру ендоскопічного зображення	Наявність	
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла	Можливість	
	Режим попередньої зупинки зображення	Наявність	
	Однчасне відображення двох зображень на екрані монітору	Можливість	
	Буферна пам'ять для запису стоп-кадру	Наявність	
	Запис зображень, формати TIFF, JPEG або еквіваленти	Можливість	
	Ведення бази даних пацієнта	Можливість	
	Джерело освітлення	Світлодіодне	
	Функція регулювання подачі повітря, рівнів	Не менше 3	
	Автоматичне регулювання яскравістю світла	Наявність	

	Можливість використання ендоскопів з функцією оптичного масштабування	Можливість	
	Можливість використання ультразвукових ендоскопів	Можливість	
	Клавіатура	Наявність	
4	Водяна помпа – 1 шт		
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Управління за допомогою ножної педалі	Наявність	
	Регулювання подачі води	Наявність	
	Ємність для води не менше 1 л	Наявність	
5	Інсуфлятор ендоскопічний CO2 – 1 шт		
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Джерело CO ₂ : балони або лікарняна газова мережа		
	Регулювання подачі газу: не менше ніж 2 рівня		
6	РК відеомонітор для візуалізації зображення – 1 шт		
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Діагональ не менше 24"		
	Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1200 пікселів		
7	Візок для розміщення обладнання – 1 шт		
	<i>Технічні характеристики:</i>		
	Кількість полиць	Не менше 4	
	Колеса для пересування	Наявність	
	Блокування коліс	Наявність	
	Тримач для гнучких ендоскопів	Наявність	
Очікувана вартість предмета закупівлі	4 572 000,00 грн Ціна товару визначена моніторингом цін на ринку		

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.