

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 36065 Крісло гінекологічне для огляду / терапевтичних процедур, механічне)**

UA-2021-09-15-004192-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p> <p><b>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 36065 Крісло гінекологічне для огляду / терапевтичних процедур, механічне)</b></p> <p><b>Загальні вимоги:</b></p> <p>1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (завірену копію декларації відповідності) або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу без проходження процедури оцінки відповідності.</p> <p>1.2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. (Надати гарантійний лист).</p> <p>1.3. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту поставки (надати гарантійний лист).</p> <p>1.4. Учасник повинен надати таблицю відповідності товару медико-технічним вимогам, з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку документу (інструкції користувача, експлуатаційно-технічної документації, каталогу, тощо), який містить підтвердження технічних параметрів обладнання, що пропонується Учасником, разом з додаванням у складі пропозиції копії відповідного документу. Замовник залишає за собою право з відкритих джерел перевірити надану Учасником інформацію та/або перевірити фактичні характеристики Товару під час його прийняття. Відповідність вимогам щодо запропонованої комплектації може додатково підтверджуватись гарантійним листом від учасника.</p> <p>1.5. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника, повинна підтверджуватись одним з:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сканованою копією оригіналу гарантійного листа Учасника та копією документу про те, що Учасник є виробником запропонованого товару;</li><li>- сканованою копією оригіналу гарантійного листа Учасника та копією документу про те, що Учасник є офіційним уповноваженим представником виробника в Україні;</li><li>- сканованою копією оригіналу гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника) з зазначенням назви учасника та номеру оголошення закупівлі.</li></ul>
--	---

<b>Специфікація на закупівлю</b>			
<b>№з/п</b>	<b>Найменування товару</b>	<b>Одиниці виміру</b>	<b>Кількість</b>
1	Крісло гінекологічне	шт	1
<b>Медико-технічні вимоги</b>			
<b>Медико-технічні вимоги</b>			<b>Відповідність, так/ні</b>
1. Тип гінекологічного крісла - механічне			
2. Оглядове крісло для гінекології повинне підходити для використання в процесі огляду та невеликих лікувальних втручань, та складатися не менше ніж з 3 частин: сегментів голови, спини, сидіння			
3. Матеріал обшивки механізмів руху, основи та колони крісла – ABS пластик, що миється			
4. Головний сегмент має нахил під кутом не більше 30°			
5. Спинний сегмент має регулюватись по куту нахилу на пневмоприводі не менше ніж 0°/+ 80°			
6. Сегмент сидіння має бути з гінекологічним отвором, фіксований			
7. Висота крісла не більше ніж 850 мм			
8. Крісло має бути обладнане поліуретановими опорами по Гепелю із вбудованими фіксаторами в кольорі крісла			
9. Наявність металевої підніжки вкритої ABS пластиком з неслизьким покриттям			
10. Наявність миски з нержавіючої сталі на рухомому тримачі			
11. Наявність підлокітників для пацієнта			
12. Наявність тримача рулону захисного покриття			
13. Ширина робочої зони не менше 600мм.			
14. Довжина робочої зони не менше 1300мм.			
15. Максимальне навантаження на стіл не менше 150 кг			
16. Стіл має важити не менше 60 кг			
17. Наявність можливості вибору кольору			
Очікувана вартість предмета закупівлі	125 000,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку		

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.