

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 -40768 - Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний)**

UA-2021-11-05-013700-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР. Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p>															
	<p style="text-align: center;"><b>ІНФОРМАЦІЯ</b>  <b>про кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 -40768 - Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний)</b>  <b>Загальні вимоги:</b></p>															
	<p>Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у додатку до Документації.</p>															
	<p>Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація. Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці.</p>															
	<p style="text-align: center;"><b>Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі</b></p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування товару</th> <th>Од. виміру</th> <th>Кількість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ультразвуковий конвексний датчик</td> <td>Шт.</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	№	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	1.	Ультразвуковий конвексний датчик	Шт.	1							
№	Найменування товару	Од. виміру	Кількість													
1.	Ультразвуковий конвексний датчик	Шт.	1													
	<p>Загальні вимоги:</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Характеристики</th> <th>Вимоги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався</td> <td>Надати гарантійний лист</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Гарантійний термін експлуатації</td> <td>Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Наявність в Україні сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання</td> <td>Надати довідку в довільній формі</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання</td> <td>Надати оригінал гарантійного листа від виробника а представника, уповноваженого на це виробником відповідні повноваження поширюються на територію можливість поставки Учасником обладнання, з зазначенням предмету закупівлі, номера оголошення торгів, а також назва обладнання, що пропонується до</td> </tr> </tbody> </table>	№	Характеристики	Вимоги	1.	Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався	Надати гарантійний лист	2.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист	3.	Наявність в Україні сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання	Надати довідку в довільній формі	4.	Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання	Надати оригінал гарантійного листа від виробника а представника, уповноваженого на це виробником відповідні повноваження поширюються на територію можливість поставки Учасником обладнання, з зазначенням предмету закупівлі, номера оголошення торгів, а також назва обладнання, що пропонується до
№	Характеристики	Вимоги														
1.	Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався	Надати гарантійний лист														
2.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців, надати гарантійний лист														
3.	Наявність в Україні сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання	Надати довідку в довільній формі														
4.	Документи, що підтверджують повноваження учасника торгів від виробника обладнання, на право продавати обладнання	Надати оригінал гарантійного листа від виробника а представника, уповноваженого на це виробником відповідні повноваження поширюються на територію можливість поставки Учасником обладнання, з зазначенням предмету закупівлі, номера оголошення торгів, а також назва обладнання, що пропонується до														

Медико-технічні вимоги:

1. Ультразвуковий конвексний датчик – 1 шт.

№	Опис	Наявність функції або величина параметру	Відповідність запропонованого обладнання з посиланням на відповідну сторінку документу
<b>1. Загальні вимоги</b>			
1.1	Конвексний ультразвуковий датчик	Наявність	
<b>2. Технічні характеристики</b>			
2.1	Датчик повинен бути призначений для абдомінальних, акушерсько-гінекологічних досліджень	Наявність	
2.2	Діапазон частот, МГц	1,5– 5 (+/-1)	
2.3	Радіус конвексу, мм, не менше	58	
2.4	Поле огляду, градусів, не менше	55	
2.5	Підтримка режимів: - 2D - Імпульсно-хвильовий - Кольоровий доплер - Енергетичний доплер - Тканинної гармоніки	Наявність	
2.6	Датчик повинен бути сумісний з ультразвуковою діагностичною системою Q40, виробництва компанії SG Healthcare	Наявність	

Очікувана вартість предмета закупівлі

135 000,00 грн  
Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.