

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі за ДК 021:2015 – «33700000-7 — Засоби особистої гігієни»
(калоприймачі)**

Загальні вимоги:

1. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядається.
2. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, кожен учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію відповідності, сертифікат якості та/або сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи (за наявності), інструкцію з використання.
3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа, яким підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист включає: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі (з обов'язковим зазначенням ID).
4. Термін придатності на момент доставки буде не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України).

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1.	Калоприймач однокомпонентний 17500, №30	уп	34
2.	Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570	уп	8
3.	Калоприймач двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30	уп	7
4.	Калоприймач стомічний двокомпонентний пластина 1779, №5	уп	19
5.	Калоприймач стомічний двокомпонентний, мішок №13985, №30	уп	10
6.	Калоприймач двокомпонентний, пластина №46759, №4	уп	55
7.	Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, №20	уп	15
8.	Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5	уп	57

Медико-технічні вимоги

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні)
1.	Калоприймач однокомпонентний 17500, №30	Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканним матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липкої стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: Внутрішній – 12мм; Зовнішній – 75мм - з можливістю вирізати до необхідного.	

		Пакування №30	
2.	Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570	Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий прозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: Внутрішній – 10 мм; Зовнішній – 76 мм - з можливістю вирізати до необхідного.	
3.	Калоприймач двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30	Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий (що дрнується) без фільтру, непрозорий, зовні вкритий нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини 60мм. Фланець повинен містити кільце-застібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Кожний мішок повинен мати індивідуальний затискач. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.	
4.	Калоприймач стомічний двокомпонентний пластина 1779, №5	Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna. Пластина. Фланець 60 мм. Розмір для вирізання 10-55 мм. Володіє високою пластичністю і гнучкістю. Безболісне видалення, що не травмує шкіру. Пластина Alterna. Пакування №5.	
5.	Калоприймач стомічний двокомпонентний, мішок №13985, №30	Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий (що дрнується) без фільтру, непрозорий, зовні вкритий нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини Alterna 50мм. Фланець повинен містити кільце-застібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Кожний мішок повинен мати індивідуальний затискач. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №30.	
6.	Калоприймач двокомпонентний, пластина №46759, №4	Калоприймач двокомпонентний, пластина вогнута (Alterna Convex). Пластина для втягнутих стом з "вушками" для кріплення поясу. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Фланець для кріплення мішка 50мм. Отвір для вирізання 15-33мм. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №4.	
7.	Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, №20	Мішок уростомний Alterna двокомпонентного калоприймача складається з багатошарового поліетилену, з м'якою абсорбуючою підкладкою. Мішок кріпиться до пластини з відповідним діаметром фланця 50 мм. Високоєфективне будова мішка перешкоджає зворотному ввезенню вмісту в уростому. Таким чином знижується ризик потрапляння інфекції в сечовивідні шляхи. Мішок оснащений зливним клапаном, виготовленим з м'якого пластику. Клапан гігієнічний у використанні, легко відкривається і герметично закривається.	
8.	Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5	Пластина Alterna Long Wear (тривалого носіння) для калоприймачів, з фланцем для кріплення діаметром 50 мм, розмір для вирізання від 10 до 45 мм. Забезпечує тривалу і надійну фіксацію калоприймач на тілі. Пластина стійка до руйнування у вологому середовищі. Пластина має ребристий край, що надає їй додаткову гнучкість і дозволяє слідувати вигинів тіла. Спеціальні «вушка» на пластині дозволяють кріпити до неї пояс. Пакування №4	

*** Примітки (обов'язково для виконання Учасником):**

При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому

вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі обов'язково повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП “ДЦПМСД № 5” ДМР)
вул. Велика Діївська, 111, м. Дніпро, 49128
м.т. 0682999304 e-mail: crmsd_5@ukr.net, код ЄДРПОУ 37899694

ПРОТОКОЛ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ № 32

15.03.2022 року

м. Дніпро

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом КНП “ДЦПМСД № 5” ДМР від 04.01.2022 № 13, та з метою організації закупівлі по предмету Калоприймач однокомпонентний 17500, №30. Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570. Калоприймач двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30. Калоприймач стомічний двокомпонентний пластина 1779, №5. Калоприймач стомічний двокомпонентний, мішок №13985, №30. Калоприймач двокомпонентний, пластина №46759, №4. Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, №20. Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5., код національного класифікатора України ДК 021:2015 33700000-7 — Засоби особистої гігієни, шляхом проведення процедури відкритих торгів. Закупівля проводиться за для забезпечення потреби особам з інвалідністю.

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА):

1. Закупівлю по предмету Калоприймач однокомпонентний 17500, №30. Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий №15570. Калоприймач двокомпонентний, мішок 1693, діаметр 50 мм, №30. Калоприймач стомічний двокомпонентний пластина 1779, №5. Калоприймач стомічний двокомпонентний, мішок №13985, №30. Калоприймач двокомпонентний, пластина №46759, №4. Калоприймач стомічний двокомпонентний УРО 1758, №20. Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина 13181, № 5., код національного класифікатора України ДК 021:2015 33700000-7 — Засоби особистої гігієни, здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів на суму 198 100 грн. 00 коп. з ПДВ у відповідності з вимогами Закону.


2. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів в межах чинного законодавства.

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик оголошення про проведення процедури відкритих торгів в електронній системі закупівель з урахуванням статей 10 та 21 Закону.

5. Затвердити тендерну документацію (додається).

6. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик тендерну документацію в електронній формі у порядку, передбаченому ст. 10 Закону.

Уповноважена особа

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Яна Томчук', enclosed in a rectangular box.

Яна ТОМЧУК