



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР  
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,

e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

**ЗАЯВКА на 2022 рік по КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР.**

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за шт., грн.	Вартість всього, грн.
1	Каталка медична	шт.	1	32000	32000,00

Всього: 32000,00 грн. (тридцять дві тисячі грн. 00 коп.)

**Медико-технічні вимоги**

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Каталка медична	Каталка медична (зі з'ємними ношами, крапельницею та механізмом вертикального переміщення платформи з ношами). Ноші повинні бути виготовлені із металевих труб круглого (рама нош і площини для лежання) та квадратного (ніжки нош) перерізу. Ноші повинні бути обладнані: - підголівником з механізмом регулювання кута нахилу відносно лежача - 4-ма ніжками висотою не менше 200 мм для можливості встановлення нош на підлогу або іншу поверхню з твердим покриттям - 4-ма гумовими ручками, що дозволяють отримати міцний контакт долоні із ручкою нош - 2-ма відкидними вниз бічними огороженнями (по обидва боки лежача) - 2-ма трубчастими гніздами для встановлення крапельниці (по обидва боки лежача) - штативом крапельниці з поворотною голівкою, оснащеною двома

гніздами для скляних флаконів та двома гачками для підвішування полімерних ємностей з розчинами.

Площина для лежання:

- повинна складатись з двох секцій – стаціонарного лежачка та підголівника (з можливістю зміни кута його нахилу)
- повинна бути облицьована тонколистовим прокатом (якому надано U - подібної форми), з полімерно-порошковим покриттям.

Матрац нош повинен складатись:

- з чохла, зшитого з штучної шкіри, дозволеної МОЗ України для використання
- з наповнювача, виготовленого з листового поролону товщиною 30 мм.

Чохол матраца повинен мати:

- елементи кріплення до площини для лежання нош (мотузками, липучками, тощо)
- отвір для зручності вкладання та виймання наповнювача під час санобробки

Технічні характеристики:

Максимальне навантаження, кг, не менше - 150

Габаритні розміри возика (Д х Ш х В), мм, не менше - 2200\*х650х950\*\*

Розміри площини для лежання нош (Д х Ш), мм, не менше - 1850 х 520

Висота нош над рівнем підлоги, мм:

- мінімальна - 680 -  
максимальна - 960

Вертикальне переміщення платформи з ношами, мм, не менше - 280

Кут нахилу підголівника нош, град - 0 ...  
20±5

Маса, кг, не більше: - з'єднаних нош - 20  
- загальна возика - 75

\* З урахуванням довжини ручки-коловорота привіда в робочому положенні

\*\* При максимальній висоті платформи з ношами

Полімерно-порошкове покриття металевих частин та матеріали матраца нош повинні бути стійким до багаторазової обробки дезінфікуючими розчинами, дозволеними МОЗ України.

Колір покриття погоджується з Замовником

Склад возика:

- пересувна основа з елементами кріплення 4-х коліс
- горизонтальна платформа для встановлення з'єднаних нош
- механізм вертикального переміщення горизонтальної платформи
- з'єднані ноші
- м'який матрац з елементами кріплення до нош

Пересувна основа возика повинен бути:

- виготовлена із сталевих труб круглого перерізу з полімерно-порошковим покриттям
- обладнана 4 колесами діаметром 200 мм на металевому кронштейні, що обертаються навколо вертикальної вісі; два колеса (розташовані по

діагоналі

основи возика) повинні мати гальма з ножним включенням  
- обладнана елементами кріплення механізму вертикального переміщення

платформи зі з'ємними ношами

Горизонтальна платформа повинна бути:

- виготовлена із сталевих труб круглого і квадратного перерізу з полімерно-порошковим покриттям

- обладнана 4-ма упорами-уловлювачами для встановлення з'ємних нош

- обладнана елементами кріплення механізму вертикального переміщення плат-

форми зі з'ємними ношами

Механізм вертикального переміщення платформи з ношами повинен бути:

- Х-подібний важільний, з механічним приводом (управління механізмом за допо-

могою ручки-коловорота)-

- розміщений між пересувною основою і горизонтальною платформою та шарнірно з'єднаний з ними.

Медичний директор

Сестра медична

З обов'язками фарм.



Юлія ТКАЧЕНКО

Олена ЛОНСЬКА