

ОБМУЧАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
 МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»  
 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 І.К. 37899715  
 49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, буд. 1



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ**  
**КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР**  
 49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,

e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

**ЗАЯВКА на 2022 рік по КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР.**

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Мікро пробірка, 0,5 мл, EDTA K3 лавандова, 8x45 мм ПП ( за кодом НК 024:2019 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3EDTA.)	Шт	25000	3,7	92500,00
2	Вакуумна пробірка, 5 мл, Без наповнювача, червона, 13x100 мм ПЕТ (за кодом НК 024:2019 47590 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок.)	Шт	500	3,7	1850
3	Вакуумна пробірка, 3 мл, EDTA K2, лавандова, 13x75 мм ПЕТ (за кодом НК 43865 - Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2EDTA, IVD	Шт	600	3,0	1800,0

**Загальна сума закупівлі складає: 96150,00грн. (дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят грн. 00коп.)**

**Медико-технічні вимоги**

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Мікро пробірка, 0,5 мл, EDTA K3 лавандова, 8x45 мм ПП ( за кодом НК 024:2019 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3EDTA.)	Пробірка повинна бути: - пластикова, призначена для збору та гематологічних досліджень капілярної крові, - мати поліетиленову кришку лавандового кольору, - Пробірка повинна мати витончений та розширений верхній край для полегшення взяття капілярної крові. - Пробірка повинна мати стійку основу. - Пробірка повинна мати кришку з різбленням, що закривається в замок з пробіркою. - стерильна, розмір пробірки 8 x 45 мм. - оброблена антикоагулянтном K3 EDTA, напилений на внутрішні стінки пробірки, - об'єм зразка крові - наявність мітки 250 та 500 мкл, - Групове фасування 100 штук в пінопластовому штативі.

		- термін придатності пробірок повинен бути не менше 24 міс.
2	Вакуумна пробірка, 5 мл, Без наповнювача, червона, 13x100 мм ПЕТ (за кодом НК 024:2019 47590 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок.)	Пробірка має бути: - вакуумною для дозованого взяття крові - виготовлена з поліетилентерефталату (ПЕТ) - стерильною - наповнювач – порожня, без наповнювача, - об'єм взятої крові - 5,0 мл. - розмір пробірки 13x100 мм. - колір кришки – червоний. - пакування по 100 шт. - Загальний термін придатності пробірок – не менше 18 місяців. маркування етикетки – українська мова, знак відповідності.
3	Вакуумна пробірка, 3 мл, EDTA K2, лавандова, 13x75 мм ПЕТ (за кодом НК 43865 - Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2EDTA, IVD	Пробірка має бути: - вакуумною для дозованого взяття крові - виготовлена з поліетилентерефталату (ПЕТ) - стерильною - наповнювач – К3 (2 ЕДТА), - об'єм взятої крові - 3,0 мл. - розмір пробірки 13x75 мм. - колір кришки – лавандова. - пакування по 100 шт. - Загальний термін придатності пробірок – не менше 18 місяців. маркування етикетки – українська мова, знак відповідності.

Головна медична сестра

Сестра мед.ЗПСМ

З обов.фармацевта



Алексенко В.В.

Лонська О.О.