



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2022 рік по КНП «ДЦПМСД№9» ДМР.

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
|-------|---|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 17500 Калоприм. стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий | уп | 100 | 2000,00 | 200000,00 |
| 2 | 17501 Калоприймач стомічний однокомпонентний прозорий відкритий | уп | 12 | 1995,00 | 23940,00 |
| 3 | 15580 Калопр. стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий | уп | 24 | 3180,00 | 76320,00 |
| 4 | Сечоприймач, 2л | уп | 100 | 13,00 | 1300,00 |
| 5 | Абсорбуючий порошок | шт | 50 | 280,00 | 14000,00 |
| 6 | Паста для тіла | шт | 52 | 300,00 | 15600,00 |

Загальна сума закупівлі складає: 331 160,00 грн. (триста тридцять одна тисяча сорок шістьдесят грн. 00 коп.)

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги |
|-------|--|---|
| 1 | 17500 Калоприм.стоміч.однок. відкр.непроз. | Калоприймач 17500 стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканним матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: Внутрішній – 12мм; Зовнішній – 75мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
| 2 | 17501 Калоприймач стоміч.однок проз.відкр | Калоприймач 17501 стомічний однокомпонентний відкритий прозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр.</p> <p>Отвір для вирізання: Внутрішній – 12мм; Зовнішній – 75мм - з можливістю вирізати до необхідного.</p> |
| 3 | 15580 Калопр. стомич. однок. ом. открыт. н/прозрач. | <p>Калоприймач 15580 стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований багатошаровий вугільний фільтр.</p> <p>Отвір для вирізання: Внутрішній – 10 мм; Зовнішній – 76 мм - з можливістю вирізати до необхідного.</p> |
| 4 | Сечоприймач, 2л | <p>Сечоприймач (для дорослих) Для збору сечі у дорослих. Прозорі стінки мішка об'єм не менше 2 000 мл. Довжина мішка не менше 300мм. Довга гнучка трубка довжиною не менше 900 мм. Мінімальний діаметр трубки не менше 5,0 мм. Конічний конектор з копачком на кінці трубки. Підходить до любого розміру і типу катетера. Складається з: - мішка для збору сечі; - клапана зливу; - з'єднувальної трубки. Клапан зворотного току сечі. Виготовлений з м'якого полівінілхлориду. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8669-2.</p> |
| 5 | Абсорбуючий порошок | <p>Абсорбуючий порошок (пудра) 1907, що використовується для догляду за пошкодженою шкірою, попереджає подальше ускладнення шкіри, поглинає надлишкову вологу на шкірі навколо стоми, що дозволяє пластині калоприймача краще утримуватись на тілі. Об'єм - не менше 25 гр.</p> |
| 6 | Паста для тіла | <p>Герметизуюча паста 2650, що використовується для вирівнювання шкіри навколо стоми та герметизації калоприймачів. Паста повинна запобігати підтіканню під пластину калоприймача та попереджувати подразнення шкіри. Паста повинна бути гідорофільною. Вага 1 туби не менше 60 г.</p> |

Лікар-нарколог



Віктор КОВАЛЕНКО