



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2023 рік по КНП «ДЦПМСД№9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару/ за кодом НК 024:2019	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума, грн.
1	Калоприймач 17450 стомічний однокомпонентний №30 НК 024:2019: 31075 — Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний	уп	137	1750,00	239750,00
2	Калоприймач 10365 двокомпонентний, №30 НК 024:2019: 31076 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний	уп	12	2375,00	28500,00
3	Калоприймач двокомпонентний 11025 пластина, №5 НК 024:2019: 31071 - Клейова пластина остоми	уп	12	880,00	10560,00
4	Калоприймач №13181 уростомний, пластини 10-45 мм №5 НК 024:2019: 31071 — Клейова пластина остоми	уп	12	280,00	3360,00
5	Уростомний мішок №1758 50 мм №20 НК 024:2019: 31069 — Мішок уростомний багатокомпонентний	уп	12	900,00	10800,00
6	Калоприймач 1693 стомічний двокомпонентний мішок №30 НК 024:2019: 31076 — Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний	уп	80	1290,00	103200,00
7	Калоприймач 1779 стомічний двокомпонентний пластина №5 НК 024:2019: 31071 — Клейова пластина остоми	уп	91	260,00	23660,00

8	Уропрезерватив зовнішній 05205/5205 Пакування №30 НК 024:2019: 45336 — Носивний сечоприймач з утримувачем сечі з кріпленням на пенісі	уп	10	2010,00	20100,00
9	Сечоприймач зі зливом 2000мл №1 НК 024:2019: 58921 — Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний	уп	300	12,88	3864,00
10	Пелюшка поглинаюча, розмір 60x90 см №30 НК 024:2019: 60709 — Пелюшка вбирає	уп	24	350,00	8400,00
11	Калоприймач 15580 стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий №30 НК 024:2019: 31075- Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний	уп	12	3150,00	37800,00

Загальна сума закупівлі складає: **489 994,00 грн. (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.)**

Медико-технічні вимоги

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Калоприймач 17450 стомічний однокомпонентний №30	Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий, без фільтру. Кожен калоприймач повинен мати індивідуальний затискач. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багат шарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Отвір для вирізання: Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 70мм - з можливістю вирізати до необхідного. Пакування №30
2	Калоприймач двокомпонентний, № 10365 Пакування №30	Калоприймач стомічний двокомпонентний СенСура Клік - мішок. Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, зовні з обох сторін вкритий нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини 50 мм. Фланець повинен містити кільце-застібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, що дозволяє використовувати мішок людям з обмеженою рухливістю рук без сторонньої допомоги. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.
3	Калоприймач двокомпонентний 11025 пластина, Пакування: 5 штук	Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина Клік Ікспро, Конвекс Лайт (вогнута) для втягнутих стом з "вушками" для кріплення поясу. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури. Фланець для кріплення мішка 50 мм. Отвір для вирізання 15-33 мм. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.

4	Калоприймач №13181 уростомний, пластини 10-45 мм №5	Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина тривалого використання (Long Wear), на фланці розміщені "вушка" для кріплення поясу, фланець 50 мм Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 45 мм - з можливістю вирізати до необхідного. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №5
5	Уростомний мішок №1758 50 мм №20	Мішок уростомний (УРО) , мішок відкритий прозорий, повинен містити вбудований антирефлюксний клапан, що запобігає зворотньому закиду сечі, діаметр фланцю 50 мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №20
6	Калоприймач 1693 стомічний двокомпонентний мішок №30	Калоприймач стомічний двокомпонентний Алтерна - мішок Мішок відкритий (що дронується), непрозорий, діаметр фланця для кріплення пластини 60 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №30
7	Калоприймач 1779 стомічний двокомпонентний пластина №5	Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина. Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 60 мм Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 55 мм - з можливістю вирізати до необхідного. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №5
8	Уропрезерватив зовнішній 05205/5205 Пакування №30	Уропрезерватив зовнішній, що виготовлений із гіпоалергенного латексу, має потовщений гофрований зливний порт, що забезпечує безперебійний відтік сечі, навіть при сгинанні на 90 градусів. На внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача пенільного самоклеючого нанесений адгезив, що забезпечує надійне кріплення. Кожен сечоприймач пенільний знаходиться в індивідуальній упаковці. Діаметр широкої частини 30мм. Пакування №30
9	Сечоприймач зі зливом 2000мл №1	Сечоприймач повинен бути призначений для збору сечі у дорослих. Мочеприймач повинен бути стерильним. Мочеприймач повинен мати перехідник мочеприемника стійкий до перегрівів. Мочеприймач повинен мати довжину дренажної трубки не менше 90 см. Мочеприймач повинен мати у мішку мочеприймача розміщений клапан зворотного потоку сечі, що запобігає потраплянню вмісту мочеприемника в сечовий міхур, що значно знижує ризик розвитку інфекції. Мочеприймач повинен мати на мішку мочеприймача нанесене градування від 100 до 2000 мл, що дозволяє визначити обсяг вмісту. Мочеприймач повинен мати прозорі стінки мочеприймача, які дозволяють стежити за кольором вмісту. Мочеприймач повинен мати в наявності зливний клапан, який дозволяє спорожнити мочеприймач для продовження терміну його використання.
10	Пелюшка поглинаюча, розмір 60x90 см Пакування 30 штук	Розмір 60x90см Поглинання не менше - 1120 мл Повинні бути: - надійні; - з високим рівнем поглинання рідини; - зовнішній шар - виготовлений з м'якого нетканого матеріалу; - поглинаючий шар - виготовлений з целюлози; - захисний шар - поліетиленова основа, яка запобігає наскрізному протіканню. Пакування: 30 штук
11	Калоприймач 15580 стомічний	Калоприймач 15580 стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури.

однокомпонентний №30

Мішок, виготовлений з багат шарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з обох боків.

Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований багат шаровий вугільний фільтр.

Отвір для вирізання:

Внутрішній – 10 мм;

Зовнішній – 76 мм - з можливістю вирізати до необхідного.

Лікар-нарколог



Віктор КОВАЛЕНКО