

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
і.к. 37899715
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, буд. 1



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2023 рік по КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1.	Радіохвильовий електрокоагулятор	шт.	1	180000,00	180000,00

Загальна сума закупівлі складає: 180 000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)

Медико-технічні вимоги


Найменування товару	Інформація про товар	Вимоги
Радіохвильовий електрокоагулятор НК 024:2019: 44776 — Електрохірургічна система	1. Марка - DR Oppel ST-501 (або еквівалент)	
	2. Електронний блок	Наявність
	3. Ножна педаль	Наявність
	4. Держатель моно полярного електроду 2 шт	Наявність
	5. Підставка для електродів	Наявність
	6. Манжета	Наявність
	7. Набір моно полярних електродів для гінекології.	Наявність
	8. Можливість подальшої доукомплектації електродами для загальної хірургії, ЛОР, дерматології та пластичної хірургії, за необхідністю	Відповідність
	9. Габаритні розміри: електронного блоку – 300×225×155 мм	Відповідність
	10. Маса, не більше: електронного блоку – 10 кг	Відповідність
	11. Вихідна потужність впливу – моно полярний 125 Вт; біполярний – 50 Вт	Відповідність
	12. Управління часом для вихідної потужності тривалістю 1, 1/2, 1/4, 1/8	Відповідність

	секунди, для точної коагуляції	
	13. Несуча частота імпульсу енергетичного впливу – 4 мГц	Відповідність
	14 Додатковий набір електродів 15 шт	Відповідність

Медичний директор

Сестра медична ЗПСМ

З обов'язками фармацевта



Юлія ТКАЧЕНКО

Олена ЛОНСЬКА