

зазначено
в документах



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2023 рік по КНП «ДЦПМСД№9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума, грн.
1	Щіточка ендоцервікальна	шт	5000	4,00	20000,00
2	Набір для перевірки щільності прилягання респіраторів,	шт	1	13200,00	13200,00
Всього					33200,00

Загальна сума договору: **33 200,00 грн.** (Тридцять три тисячі двісті. Грн. 00 коп.)

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1.	Щіточка ендоцервікальна	Щіточка призначена для забору біологічного матеріалу. Щіточка повинна бути стерильна, індивідуально упакована. Форма щіточки повинна бути конічна.
2	Набір для перевірки щільності прилягання респіраторів комплект FT-10	Комплект FT-10 призначений для тестування щільності прилягання респіраторів. FT-10 містить розчин для тесту на чутливість у вигляді сахарину, який створює солодкий смак. Комплект для перевірки щільності прилягання FT-10 (солодкий) марки 3М™ включає в себе капюшон, комір, 2 розпилювача (небулайзера), розчин для тесту на чутливість, розчин для тесту на прилягання і ламіновану інструкцію користувача. Тестовий комплект і аксесуари покликані допомогти організувати тест на щільність прилягання по OSHA для фільтруючих напівмасок. Рішення дозволяє перевірити лицьову частину протиаерозольного респіратора або протигазовими респіратора з комбінованим фільтром. Набір для перевірки щільності прилягання респіраторів, солодкий. До складу набору для проведення тестування: Капюшон 1 шт. Пристрій для розпилення 2 шт. Рідина для визначення чутливості - солодка. Рідина для проведення фіт-тестування - солодка. Картонний кейс для зберігання та транспортування

Медичний директор

Юлія ТКАЧЕНКО

Головна медична сестра

Вікторія АЛЕКСЕНКО

Сестра мед.ЗПСМ

З обов.фармацевта

Олена ЛОНСЬКА

