



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР  
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,  
e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

**ЗАЯВКА на 2023 рік по КНП «ДЦПМСД №9» ДМР.**

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Підгузки для дорослих розмір XL №30	уп	60	675,00	40500,00
2.	Підгузки для дорослих розмір M №30	уп	90	616,00	55440,00
3	Підгузки для дорослих розмір L №30	уп	295	636,00	187620,00
Всього:					<b>283560,00</b>

**Загальна сума закупівлі складає: 283 560,00 (двісті вісімдесят три тисячі п'ятьсот шістдесят грн. 00 коп.), з ПДВ.**

**Медико-технічні вимоги**

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Підгузки для дорослих розмір XL №30 НК 024:2019: 11239 — Підгузник для дорослих	Підгузки для дорослих, розмір XL:  Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 120 x 170 см +/- 10 см. Поглиняльна здатність не менше 2700 мл. Ретенція не менше 1100 мл Абсорбуюча серцевина повинна складатись з целюлози без хлору та САП з нейтралізатором запаху. Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим. Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря. Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань Наявність 4 багаторазових застібок. Наявність індикатора наповнення. Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі. Пакування не більше 60 шт в упаковці
2	Підгузки для дорослих розмір M №30 НК 024:2019: 11239 — Підгузник для дорослих	Підгузки для дорослих, розмір M:  Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 70 x 120 см +/- 10 см.

		<p>Поглиняльна здатність не менше 2300 мл (г). Ретенція не менше 900 мл (г).</p> <p>Абсорбуюча серцевина повинна складатись з целюлози без хлору та САП з нейтралізатором запаху.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим.</p> <p>Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань. Наявність 4 багаторазових застібок.</p> <p>Наявність індикатора наповнення.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.</p> <p>Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>
3	<p>Підгузки для дорослих розмір L №30 НК 024:2019: 11239 — Підгузник для дорослих</p>	<p>Підгузки для дорослих, розмір L:</p> <p>Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу.</p> <p>Об'єм стегон – живота 90 x 155 см +/- 10 см.</p> <p>Поглиняльна здатність не менше 2600 мл. Ретенція не менше 1100 мл. Абсорбуюча серцевина повинна складатись з целюлози без хлору та САП з нейтралізатором запаху.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим.</p> <p>Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань. Наявність 4 багаторазових застібок.</p> <p>Наявність індикатора наповнення.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.</p> <p>Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>

#### ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Для підтвердження цього Учасником обов'язково надається на весь запропонований товар:

- а) копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;
- б) копії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим державним органом (установою) в Україні.

або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вище зазначені документи з посиланням на нормативні акти

Вказані документи повинні бути чинними на момент розкриття пропозицій та протягом всього терміну виконання договору.

Якщо учасник не є власником зазначених документів (декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи), у складі тендерної пропозиції такий учасник надає лист від власника таких документів, в якому зазначено право використання Учасником наданих документів в цих торгах.

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності (надати гарантійний лист).

3. Надати оригінал гарантійного листа виробника (або уповноваженого виробником представника, або дистриб'ютора, повноваження якого поширюються на територію України (у разі якщо гарантійний лист надається не виробником – надати копії документів від виробника, якими підтверджуються повноваження уповноваженого виробником представника, дистриб'ютора стосовно можливості видавати гарантійні листи/авторизації) щодо можливості поставки учасником товару, який є предметом закупівлі своєчасно, в необхідній кількості, належної якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник. В гарантійному листі необхідно зазначити повну назву учасника, повну назву Замовника, найменування предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

4. На підтвердження відповідності технічних параметрів запропонованих товарів, медико-технічним вимогам тендерної документації, надати офіційну інформацію що завірена печаткою виробника або офіційного представника, якщо він має повноваження на видання технічних документів. Такі повноваження повинні бути підтверджені виробником.

Надається будь-який документ з наступного переліку: паспорт та/або сертифікат, та/або карта технічних даних, та/або інший документ щодо технічних, якісних, кількісних характеристик товару в яких міститься ця інформація.

5. Учасник повинен надати заповнену таблицю відповідності товару медико-технічним вимогам з посиланням на сторінки (пункти, розділи тощо) наданої офіційної інформації від виробника (паспорту, сертифікату). Таблиця відповідності повинна містити: вимоги замовника та параметри запропонованого учасником товару.

6. Надати інструкцію щодо застосування запропонованого товару.

Всі документи повинні бути викладені українською мовою.

**Обрунтування закупівлі:** Забезпечення потреб Замовника у закупівлі підгузників для дорослих для підтримання належної гігієни осіб з інвалідністю згідно Постанови Кабінету Міністрів від 3 грудня 2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами.»

**Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:** при визначенні очікуваної вартості застосовувався метод моніторингу(порівняння) ринкових цін (підгузки для дорослих) з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни, в тому числі даних офіційних статистичних видань, електронних каталогів спеціалізованих торгівельних майданчиків, системи закупівель «Ргозогто»(як на момент складання бюджетних запитів так і на момент оголошення процедури), а також застосовувався метод моніторингу попереднього аналогічного договору.

Голова ВКК

Медичний директор



Віктор КОВАЛЕНКО

Юлія ТКАЧЕНКО