

не заперечно
Підпис



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)

49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1

Заявка на закупівлю на 2024 рік

№ п/п	Найменування товару	За кодом НК 024:2023	Одиниці виміру	кількість	Ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	Відеокольпоскоп бінокулярний	10960 — Кольпоскоп	шт	1	192 000,00	192 000,00
Всього:						192 000,00

Загальна вартість становить: 192 000,00 грн. (сто дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ.

Медико-технічні вимоги:

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1	Область застосування	Для огляду вульви, піхви, шийки матки та інших ділянок	
2	Живлення виробу		
2.1	Напруга живлення мережі змінного струму	220 В	
2.2	Вхідна потужність оптики мікроскопа (світлодіодне джерело світла), не більше	32 ВА	
2.3	Вхідна потужність мікроскопа, не більше	240 ВА	
3	Загальні характеристики		
3.1	Бінокулярний мікроскоп застосовується в гінекології	Відповідність	
3.2	Категорія безпеки: оптичний мікроскоп класу I	Відповідність	

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
3.3	1/3" кольорова цифрова CCD камера	Наявність	
3.4	Горизонтальна роздільна здатність камери	≥ 1000 ТВЛ	
3.5	Зображення, не гірше	$\geq 2\ 100\ 000$ пікселів	
3.6	Швидке автофокусування та ручне керування фокусуванням	Відповідність	
3.7	Автоматичне налаштування балансу білого	Відповідність	
3.8	Відображення на екрані незалежних 3D-зображень	Відповідність	
3.9	Висока тривимірна чутливість	Відповідність	
3.10	Фокус із п'ятиразовим збільшенням	Відповідність	
3.11	Широкий кут огляду	Відповідність	
3.12	Вимірювання розміру уражень системою	Наявність	
3.13	Відеовихід	Наявність	
3.14	Роздільна здатність у центрі поля зору найбільшого збільшення, не менше	75 ліній/мм	
3.15	Зміна нахилу зображення між правим та лівим полем зору, не менше	$\leq 2^\circ$	
3.16	Мінімальний діапазон регулювання зіниці окуляра	55 мм ~ 75 мм	
3.17	Роздільна здатність центру поля зору, не менше	20 ліній/мм	
3.18	Шум, не більше	65 дБ	
3.19	Робоча відстань	30 см	
3.20	Зелений фільтр для полегшення спостереження за ураженнями капілярів	Наявність	
3.21	Шаблони хвороб, не гірше	175 видів	

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
3.22	Зберігання і створення резервних копій	Наявність	
3.23	Багатофункціональне програмне забезпечення (перегляд зображень, зйомка, запис відео, фіксація, редагування, друк та зберігання звітів)	Наявність	
3.24	Стійка з можливістю регулювання	Наявність	
4	Джерело світла		
4.1	Температура освітлюваної поверхні	не перевищує 42°C	
4.2	Яскравість джерела світла, не менше	25 000 люкс	
4.3	Можливість вибору між світлодіодним або галогеновим джерелом світла	Відповідність	
5.	Вимоги до ноутбука		
5.1	Процесор	2 ядра 4 потоку і вище	
5.2	Роздільна здатність дисплею, не менше	1920×1080 пікселів	
5.3	ПЗУ, не гірше	256 ГБ	
5.4	Оперативна пам'ять, не менше	8 Гб	
5.5	Інтерфейс	USB 3.0	

Загальні вимоги до предмета закупівлі.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
2. Гарантійний термін – не менше 24 місяців з моменту вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).
3. Рік виготовлення – не раніше 2023 р.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

5. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням. На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

6. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

Обґрунтування закупівлі: для доукомплектації кабінетів лікарів згідно заключених пакетів надання медичних послуг від НСЗУ .

Головна медична сестра

Вікторія АЛЕКСЕНКО

Сестра медична
з обов'язками фармацевта

Олена ЛОНСЬКА

В.о. медичного директора



Тетяна ПЛІТЧЕНКО