

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

UA-2021-05-11-006466-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.			
	Вироби медичного призначення закупаються відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю та стандартів якості даного виду товару.			
	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Медико-технічні вимоги
Індикатор стерилізації 132/20 №1000 ВН	упак	3	<p>Смужки індикаторні 132/20 №1000</p> <p>Призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації всередині упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132 °С протягом 20 хвилин.</p> <p>Виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією.</p> <p>Одноразового застосування.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний 2 лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
Плоский рулон R мм50x200м.	рул	3	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO).</p> <p>Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий.</p> <p>Індикатори повинні мати площу не менше 100</p>	

				<p>мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
	Плоский рулон R мм75x200м	рул	4	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (PP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер</p>

			оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).
Плоский рулон R мм100x200м	рул	6	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Плоский рулон R мм150x200м	рул	5	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації</p>

			<p>температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Плоский рулон R мм250x200м	рул	3	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені</p>

				<p>замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Очікувана вартість предмета закупівлі	18000,00 грн			Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.