

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019: 44776 — Електрохірургічна система)

UA-2021-07-14-005886-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.</p> <p>Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.</p> <p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019: 44776 — Електрохірургічна система)</p> <p>Загальні вимоги:</p> <p>Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядається. Документи для підтвердження відповідності медико-технічних характеристик:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Декларація (Сертифікат) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або повідомлення(и) про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я. Надати копію завірену належним чином; - Інструкція користувача або технічний паспорт медичного виробу чи інша технічна документація українською або російською мовою. Надати копію завірену належним чином; <p>2. Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні, не раніше 2021 року виробництва. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника.</p> <p>3. Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок учасника. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника.</p> <p>4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника або уповноваженого представника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), чим підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>5. Лист від виробника або уповноваженого представника виробника (авторизаційний лист) на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів.</p> <p>Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1773 437 1871">№ з/п</th> <th data-bbox="437 1773 1102 1871">Найменування товару</th> <th data-bbox="1102 1773 1273 1871">Одиниці виміру</th> <th data-bbox="1273 1773 1465 1871">Кількість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1871 437 1950">1</td> <td data-bbox="437 1871 1102 1950">Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-120 "Надія-4" або еквівалент</td> <td data-bbox="1102 1871 1273 1950">шт</td> <td data-bbox="1273 1871 1465 1950">4</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	1	Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-120 "Надія-4" або еквівалент	шт	4		
№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість								
1	Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-120 "Надія-4" або еквівалент	шт	4								

Медико-технічні вимоги

№	Найменування	Діапазон значення або наявність за вимогами замовника	Значення/ наявність за тендерною документацією	Відповідність*
ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ				
1	Потужність приладу не менш ніж 120 Ват	наявність	120	
2	Потужність у режимі РІЗАННЯ не менш ніж 120 Ват	наявність	120	
3	Потужність у режимі КОАГУЛЯЦІЯ не менш ніж 120 Ват	наявність	120	
4	Робоча частота – 440 кГц	наявність	+	
5	Наявність режимів чистого і змішаного різання в монополярному режимі	наявність	+	
6	Наявність режимів монополярної і біполярної коагуляції	наявність	+	
7	Наявність постійної індикації включення напруги живлення, видів і режимів роботи, рівня вихідній потужності	наявність	+	
8	Наявність захисту від розряду дефібрилятора	наявність	+	
9	Наявність звукового частотно-тембрового супроводу зміни рівня вихідній потужності, режимів роботи та включення вихідного ВЧ-струму	наявність	+	
10	Напруга живлення апарату - напруга мережі змінного струму 220±22 В з частотою 50±1 Гц.	наявність	+	
11	Система безпечного використання нейтрального електроду. Світловий та звуковий сигнал при розриві кабелю нейтрального електроду	наявність	+	
12	Можливість зміни інструментів під час роботи без вимикання системи та перевантаження	наявність	+	
13	Всі інструменти та приладдя повинно бути багаторазового використання та бути стійкими до стерилізації	наявність	+	
14	Електронний блок з світлодіодними індикаторами для відображення параметрів. (4 одиниці)	наявність	BA56-12EWA	

	15	Нейтральний електрод, загальною площею не менше 300 см ² зі з'єднувальним кабелем, довжиною не менше 3м. – (4 одиниці)	наявність	375 см ²	
	16	Наявність двопедального ножного перемикача – (4 одиниці)	наявність	+	
	17	Тримач біполярних пінцетів (4 одиниці)	наявність	+	
	18	Тримач монополярних електродів (4 одиниці)	наявність	+	
	19	Пінцет біполярний прямий (4 одиниці)	наявність	+	
	20	Комплект монополярних електродів, хірургічний (4 одиниці)	наявність	+	
	21	Надається сервісне обслуговування на весь період експлуатації, згідно з умовами гарантійного листа щодо обслуговування апаратури.	наявність	+	
	22	Проводиться монтаж обладнання та навчання персоналу сертифікованими фахівцями на місці установки.	наявність	+	
	23	Гарантійне – не менше 12 міс. та післягарантійне обслуговування	наявність	+	
* Характеристика/параметр медико-технічної вимоги підтверджена посиланням на інструкції з використання.					
Очікувана вартість предмета закупівлі	217 000,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку				

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.