

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Медичне обладнання та вироби медичного призначення, UA-2024-05-08-011574-а

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

Загальні вимоги:

Вся запропонована продукція учасника відповідає медико – технічних вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико – технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядається.

1. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам учасник повинен надати у складі пропозиції декларацію (сертифікат) відповідності, сертифікат якості (паспорт тощо) та/або сертифікат відповідності, інструкцію з використання (за наявності).
2. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист від Учасника.


Специфікація на закупівлю

№ з/п	НК 024:2023	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	13735	Плоский рулон 75x200	шт	30
2	13735	Плоский рулон 200x200	шт	5
3	13735	Плоский рулон 150x200	шт	15
4	13753	Плоский рулон 100x200	шт	10
5	34897	Вушна воронка, сіра, малий діаметр 2,5 мм	шт	2600
6	34897	Вушна воронка сіра, великий діаметр 4,0 мм	шт	1600
7	16754	Стрічка діаграмна 215x30x16 вн.	шт	40
8	16754	Стрічка діаграмна 80x23x12 зовн	шт	450
9	47686	Вимірювач АТ цифровий автомат голосовий супровід+адаптер, пам'ять, манж. 25-36см	шт	1
10	44069	Набір отоларингологічний оглядовий №1 одноразового використання стерильний	шт	650
11	34978	Манжета для вимірювання кров'яного тиску на передпліччі (стандартна)	шт	30
12	34978	Манжета для вимірювання кров'яного тиску (велика)	шт	6
13	44427	Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR40 75мм *200м.	шт	1
14	44427	Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR42 150мм * 200м	шт	1

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Відповідність медико-технічним вимогам Так/ні
1	Плоский рулон 75x200	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (PP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий; Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм)</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
2	Плоский рулон 200x200	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (PP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що</p>	

		<p>використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий; Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм)</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
3	Плоский рулон 150x200	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. 3 індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий; Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом,</p>	

		<p>розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм)</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
4	Плоский рулон 100x200	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий; Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм² і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм)</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію</p>	

		України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).	
5	Вушна воронка, сіра, малий діаметр 2,5 мм	Вушна воронка, сіра, малий діаметр 2,5 мм, 10 x 100 од. в коробці Сумісна з отоскопом Piccolight C та Piccolight F.O.	
6	Вушна воронка сіра, великий діаметр 4,0 мм	Вушна воронка, сіра, великий діаметр 4,0 мм, 10 x 100 од. в коробці Сумісна з отоскопом Piccolight C та Piccolight F.O	
7	Стрічка діаграмна 215x30x16 вн.	- термо-хімічний папір щільність 55 гр/м2; - розміри: 215 мм в ширину та 30 м в довжину; - діаметр втулки 16 мм - внутрішня намотка термошару (клітинка внутрі); - відповідає: ГОСТ 7826-93 ТУ У 17.2-02424856-015:2020	
8	Стрічка діаграмна 80x23x12 зовн	- термо-хімічний папір щільність 55 гр/м2; - розміри: 80 мм в ширину та 23 м в довжину; - діаметр втулки 12 мм - зовнішня намотка термошару (клітинка назовні); - відповідає: ГОСТ 7826-93 ТУ У 17.2-02424856-015:2020	
9	Вимірювач АТ цифровий автомат голосовий супровід+адаптер, пам'ять, манж. 25-36см	Вимірювач АТ для людей з поганим зором з встроєним голосовим супровідом. Максимально адаптований механізм дозволяє регулювати рівень гучності, що робить прибор ще більш зручним. Точність вимірювання тиску 3 мм рс.ст. Діапазон вимірювання пульсу 40-160 уд/хв. Точність вимірювання пульсу 5% від значення. Габаріти 6.1x12.9x10.5 см (ВxШxГ) +-0,5 см. Вага тонометра не більше 0,43 кг. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника	

		<p>(представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
10	<p>Набір отоларингологічний оглядовий №1 одноразового використання стерильний</p>	<p>Одноразовий набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів. Набір отоларингологічний одноразовий стерильний - призначений для лікаря отоларинголога для проведення комплексних профілактичних оглядів та лікувальних процедур. Лор набір застосовується при оглядах в риноскопії, отофарингоскопії, отоскопії. До набору має входити: дзеркало носове - 1 шт.; воронка вушна - 2 шт.; шпатель отоларингологічний пластиковий - 1 шт. Носове дзеркало має складатися із двох подібних частин, котрі мають механічне з'єднання. Матеріал: ABS пластик, кінці виробу мають бути закруглені та атравматичні. Довжина металічної пружини з'єднання – 30 мм Голова – довжина – 27 мм Воронки вушні мають бути виготовлені з чорного ABS пластику. Кінець має бути заокруглений. Розміри воронки: S (отвір 4 мм) та L (отвір 4,6 мм). Шпатель має бути пластиковим, плоским, з закругленими кінцями, підсилений. Матеріал: білий РР/Поліпропілен. Тип- вигнутий Довжина вигнутої частини – 30 мм Розмір шпателя: 177x18x2 мм Набір має бути стерильний. Індивідуальна упаковка. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника</p>	

		(представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).	
11	Манжета для вимірювання кров'яного тиску на передпліччі (стандартна)	Для апарату вимірювання артеріального тиску механічного типу. Виготовлена з міцного нейлону. Камера виготовлена з латексу за безшовною технологією. Розміри: 55±1 см x 14 см (перекриває діапазон 25,4 – 40,6 см). Для багаторазового використання. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України)	
12	Манжета для вимірювання кров'яного тиску (велика)	Манжета для механічних тонометрів з довжиною кола 40 - 66 см. Дана манжета призначена для всіх механічних тонометрів класичного типу з двома трубками, одна з яких йде на грушу, а друга на манометр. Матеріал манжети: бавовна. Допустимий тиск: 0 - 300 мм рт. ст. Термін служби: не менше 3 років. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію	

		України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).	
13	Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR40 75мм *200м.	<p>Поліамідні рулони виготовлені з прозорої плівки з поліаміду 6 (PA 6) (30 мікрон). Рекомендована температура ущільнення для остаточного закриття становить 200-220° С (418-460° F) з імпульсним ущільнювачем в залежності від часу імпульсу. Рулони не придатні для стерилізації парою або газом, а також для використання при температурі вище 185° С через погіршення механічних і оптичних властивостей.</p> <p>Строк придатності не менше 5 років. Довжина рулону 200м. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
14	Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR42 150мм * 200м	<p>Поліамідні рулони виготовлені з прозорої плівки з поліаміду 6 (PA 6) (30 мікрон). Рекомендована температура ущільнення для остаточного закриття становить 200-220° С (418-460° F) з імпульсним ущільнювачем в залежності від часу імпульсу. Рулони не придатні для стерилізації парою або газом, а також для використання при температурі вище 185° С через погіршення механічних і оптичних властивостей.</p> <p>Строк придатності не менше 5 років. Довжина рулону 200м..З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на</p>	

		<p>своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>	
--	--	--	--

Примітки (обов'язково для виконання Учасником):

- При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, а потім через двократку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.
- До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 167 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.