

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Послуги з ремонту медичного обладнання ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, UA-2024-07-24-006646-а Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з ремонту медичного обладнання

ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Загальні вимоги:

Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг

Термін надання послуги: згідно заявок Замовника протягом 10 робочих днів з моменту надання заявки, але не пізніше 30.09.2024 року.

Детальний опис послуги:

№ з/п	Місцезнаходження	Детальний опис послуги	Назва обладнання	Кількість послуг
1	м. Дніпро, вул. Ламана,4	-Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; -Заміна клавіатури електрокардіографа Юкард-100; -Заміна кабелю відведень пацієнта Юкард-100; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтера; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу; -Перевірка показників вимірювання та налаштування;	ЕКГ портат 3к автом розшиф ЮКАРД – 100 № інвентарний 101472183	1
2	м. Дніпро, пр. Героїв, 22	-Заміна кабелю відведень пацієнта Юкард-100; -Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; -Заміна електродів прищепок комплект 4 шт.; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтера; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу; -Перевірка показників вимірювання та налаштування;	ЕКГ портат. 3-кан.автом. розшифр.ЮКАРД-100 № інвентарний 101472172	1
3	м. Дніпро, пр. Героїв, 22	-Заміна клавіатури електрокардіографа Юкард-100; -Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтера; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу;	Електрокардіограф 3-кан. ЮКАРД100 № інвентарний 10471538	1

		-Перевірка показників вимірювання та налаштування;		
4	м. Дніпро, пр. Героїв,22	-Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; -Заміна клавіатури електрокардіографа Юкард-100; -Заміна електродів прищепок комплект 4 шт.; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтеру; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу; -Перевірка показників вимірювання та налаштування;	Електрокардіограф 3-кан. ЮКАРД100 № інвентарний 101472178	1
5	м. Дніпро, вул. Шевченка, 6А	-Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтеру; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу; -Перевірка показників вимірювання та налаштування;	ЕКГ порт.3-кан.автом.розшифр.ЮКА РД-100 № інвентарний 101472180	1
6	м. Дніпро, вул. Шевченка, 6А	- Заміна вбудованої акумуляторної батареї Юкард-100; - Заміна клавіатури електрокардіографа Юкард-100; - Заміна кабелю відведень пацієнта Юкард-100; - Заміна електродів прищепок комплект 4 шт.; -Обслуговування вбудованого принтера разом з механізмом відкриття кришки принтеру; -Інспекція блоку живлення; -Інспекція основної плати; -Тестування дисплею, клавіатури, звукового сигналу; -Перевірка показників вимірювання та налаштування;	ЕКГ порт.3-кан.автом.розшифр.ЮКА РД-100№ інвентарний 101472181	1

Інші вимоги:

1. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.
2. Ремонт повинен провести сертифікований інженер, надати копію сертифікату(ів) сервісного(их) інженера(ів) від виробника медичного обладнання, про те що він(они) пройшов(ли) навчання для здійснення сервісного обслуговування, що підтверджує досвід в обслуговуванні медичного обладнання.
3. Учасник при здійсненні технічного обслуговування повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. Надати гарантійний лист та копії витягів з протоколів навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, та надати копії діючих посвідчень про проходження навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та охорони праці.

4. Послуги повинні надаватися, згідно заявки Замовника і тільки на території знаходження приладу. Надати гарантійний лист.
5. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. Надати гарантійний лист.
6. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. Надати гарантійний лист.
7. Гарантійні зобов'язання на надані послуги, повинні становити не менше 6 місяців з дня надання послуг. Надати гарантійний лист.
8. Приїзд інженера по гарантійним зобов'язанням повинен здійснюватися протягом доби після подання заявки. Надати гарантійний лист.

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 33 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.