

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання, UA-2025-03-13-004561-а

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ

1. При проведенні технічного обслуговування або ремонту обладнання вартість всіх запасних частин та матеріалів до них забезпечується Виконавцем та включається до загальної суми надання послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання. На підтвердження Учасником надається Гарантійний лист.
2. Для підтвердження відповідності якості надання послуг Учасник у складі тендерної пропозиції має надати сертифікат відповідності системи управління якістю (ISO 9001 або еквівалент), який охоплює сферу технічного обслуговування, ремонту, калібрування та вимірювання електричного опору мереж, опору ізоляції медичного обладнання або сертифікат виданий органом добровільної сертифікації, який діє відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", що підтверджує якість надання послуг у сфері технічного обслуговування, ремонту, калібрування та вимірювання електричного опору мереж, опору ізоляції медичної техніки. Документи повинні бути чинними на дату подання тендерної пропозиції.
3. При отриманні замовлення на проведення термінового обслуговування або ремонту, Виконавець гарантує надання послуг протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання заявки від Замовника засобами телефонного зв'язку або електронною поштою. На підтвердження Учасником надається Гарантійний лист.
4. Гарантійний термін (6 місяців з дати підписання акту наданих послуг), протягом якого Замовник має право, а Виконавець бере на себе зобов'язання про здійснення безкоштовного гарантійного виправлення недоліків наданих послуг. На підтвердження Учасником надається Гарантійний лист.
5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії витягів з протоколів навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, та надати копії діючих посвідчень про проходження навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та охорони праці.

Детальний опис послуги

№ з/п	Детальний опис послуги	Назва обладнання	Кіл-т послуг
1	<ul style="list-style-type: none">-Діагностика та пошук несправності.-Очистка гідравлічної системи.-Очистка голки для забору зразків.-Очистка вакуумного насоса та блоку дозатора.-Ручна очистка вимірювальних камер, апертур.-Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника.-Регулювання положення каретки пробовідбірника.-Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери.-Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB-Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC.-Заміна кільця ущільнювача вакуумного насоса.-Заміна ущільнювальних кілець та пістонів дозуючого насоса.-Заміна миючої станції пробозабірної голки.-Заміна трубок реагентів.-Загальна перевірка роботи аналізатора.-Калібрування та проведення контролю якості.	Аналізатор гематологічний автоматичний КТ 6300 Інв № 101472308	1

	-Перевірка відтворюваності результатів вимірювання.		
2	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика. -Очистка від пилу та забруднень. -Обслуговування та змащення редуктору двигуна. -Заміна шлангу перестального насосу. -Заміна кільця ущільнювача електрода. -Заміна магнітної мішалки. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор авт для вимір глюкози ЕКСАН-Gm Інв № 10471122	1
3	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка пилових екранів. -Очистка вентиляторів. -Очистка промивних станцій. -Очистка резервуару деіонізованої води. -Очистка резервуару промивного розчину. -Очистка відсіку для проб/реагентів. -Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора. -Спеціальна промивка. -Очистка міксера. -Перевірка, зовнішня/внутрішня та очистка пробозабірної голки. -Видалення повітря з шприца реагентів та проб. - Заміна фільтрів грубого очищення води та миючого розчину. -Заміна тefлонової прокладки пробозабірної голки. - Заміна галогенної лампи. -Перевірка кювет; -Перевірка фотометра; -Перевірка насосу для відходів; -Перевірка насосу деіонізованої води; -Перевірка шприца реагентів та проб; -Перевірка насосу промивного розчину; -Вимірювання опору мережі та опору ізоляції обладнання на предмет допустимих відхилень; -Оновлення версії програми управління приладу BS-240; -Змащення приводів двигунів та направляючих; -Калібрування та проведення контролю якості; -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор біохімічний автоматичний BS – 240 Інв №10472564	4
4	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка від пилу та забруднень. -Перевірка та регулювання режимів роботи термостату. -Перевірка та регулювання температури кюветного відділення. -Налаштування вимірювальних каналів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Коагулометр ECL, 0412 Інв №10472570	1
5	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна фільтра вимірювальної камери. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. 	Гематологічний автоматичний аналізатор BC-20S Інв № 10472324	1

	-Перевірка відтворюваності результатів вимірювання.		
6	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна кільця ущільнювача вакуумного насоса. -Заміна ущільнювальних кілець та пістонів дозуючого насоса. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор гематологічний автоматичний КТ6300 Інв №10472462	1
7	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна кільця ущільнювача вакуумного насоса. -Заміна ущільнювальних кілець та пістонів дозуючого насоса. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор гематологічний автоматичний КТ 6300 Інв №101472091	1
8	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна ущільнювального кільця миючої станції. -Заміна ущільнювальних кілець блоку дозатора. -Заміна ущільнювального кільця вакуумного насоса. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор гематологічний автоматичний Micro CC-20 Plus Інв № 10472368	1
9	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності -Обслуговування оптичної системи -Чистка блоку світوفільтрів. 	Напівавтоматичний біохімічний аналізатор	1

	<ul style="list-style-type: none"> -Налаштування світлового променя освітлення -Заміна галогенової лампи -Заміна шлангу перистальтичного насосу. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	BioChem SA Інв №10452029	
10	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика та пошук несправності. -Очистка від пилу та забруднень. -Перевірка та регулювання режимів роботи термостату. -Перевірка та регулювання температури кюветного відділення. -Налаштування вимірювальних каналів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Коагулометр ECL 412 Інв № 10472571	1
11	<ul style="list-style-type: none"> Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна кільця ущільнювача вакуумного насоса. -Заміна ущільнювальних кілець та пістонів дозуючого насоса. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор гематологічний автоматичний КТ 6300 Інв №101472092	1
12	<ul style="list-style-type: none"> Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна кільця ущільнювача вакуумного насоса. -Заміна ущільнювальних кілець та пістонів дозуючого насоса. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор гематологічний автоматичний КТ 6300 Інв №10472463	1
13	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика. -Очистка від пилу та забруднень. -Обслуговування та змащення редуктору двигуна. -Заміна шлангу перестального насосу. -Заміна кільця ущільнювача електрода. -Заміна магнітної мішалки. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор автомат для вимірювання глюкози EKSAN Gm Інв №10452507	1

14	<ul style="list-style-type: none"> -Діагностика. -Очистка від пилу та забруднень. -Обслуговування та змащення редуктору двигуна. -Заміна шлангу перестального насосу. -Заміна кільця ущільнювача електрода. -Заміна магнітної мішалки. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. -Перевірка відтворюваності результатів вимірювання. 	Аналізатор автомат для вимірювання глюкози EKSAN Gm Інв №10472634	1
15	<ul style="list-style-type: none"> Діагностика та пошук несправності. -Очистка гідравлічної системи. -Очистка голки для забору зразків. -Очистка вакуумного насосу та блоку дозатора. -Ручна очистка вимірювальних камер, апертур. -Змащення приводів двигунів та направляючих каретки пробовідбірника. -Регулювання положення каретки пробовідбірника. -Калібрування напруги апертурних електродів вимірювальної камери. -Калібрування позиції та орієнтації лампи HGB -Заміна ущільнювальних кілець апертури вимірювальних камер WBC/RBC. -Заміна фільтра вимірювальної камери. -Заміна миючої станції пробозабірної голки. -Заміна трубок реагентів. -Загальна перевірка роботи аналізатора. -Калібрування та проведення контролю якості. 	Гематологічний автоматичний аналізатор BC-20S Інв № 10472635	1

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 200 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.