

На виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1266.
Надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Назва
предмета
закупівлі

ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу Aquilion Prime)
ID:UA-2021-04-20-005173-c

Обґрунтування
технічних і
якісних
характеристик
предмета
закупівлі

Необхідність у закупівлі зумовлена тим, що у відповідності з рекомендаціями заводу-виробника томографу Aquilion Prim, паспортних даних на агрегати та вузли, які входять до складу інженерних систем, а також вимог нормативно-технічної документації, необхідно здійснювати планове профілактичне обслуговування комп'ютерного томографа.

Очікувана вартість послуг складає 123 600 грн.

№з/п	Найменування	Кількість	Од. виміру
1.	Послуги з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу Aquilion Prime	1	послуга

Необхідність та періодичність проведення технічного обслуговування комп'ютерного томографу Aquilion prime (TOSHIBA) вимагається експлуатаційною технічною документацією виробника обладнання.

Закупівля запланована з метою проведення технічного обслуговування комп'ютерного томографу Aquilion prime (TOSHIBA) згідно вимог технічної документації обладнання задля організації безперебійної роботи кабінету комп'ютерної томографії рентгенівського відділення медичного закладу.

Очікувана вартість закупівлі розрахована на підставі моніторингу вартості аналогічних робіт, проведених спеціалізованими службами у 2020 році.

Очікувана вартість закупівлі – 123 600 грн з ПДВ 9%.

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету



БАРАНОВ І.В.

КОМПАНІЄЦЬ С.В.

№ з/п	Перелік складових
1	Гентрі Перевірка обертання гентрі, прокладки високовольтного кабеля, перевірка блокувань, обертання вентиляторів, перевірка функціонування системи безпеки, чищення повітряних фільтрів. Перевірка напруги вузлів. Стіл пацієнта Перевірка стану кабелів стола пацієнта. Перевірка механізмів для вертикального і горизонтального переміщення столу. Перевірка витoku мастила із гідросистеми. Перевірка затяжки болтів. Рентгенівська система Перевірка роботоздатності рентгенівської трубки, теплообмінника і гумових шлангів на витік охолоджуючої рідини, перевірка функціонування теплообмінника (поток охолоджуючої рідини). Перевірка функціонування вентиляторів теплообмінника, а також внутрішнього вентилятора SRU. Перевірка кабелів та з'єднань. Перевірка затяжки болтів. Перевірка струму та напруги рентгенівської трубки. Система збору даних Перевірка температури детектора. Перевірка ослаблення роз'єму вузла DAS. Перевірка лінійної напруги. Консоль Перевірка внутрішнього зв'язку Інтерком. Очищення від пилу. Зчитування лог файлів. Вся система Калібрування струмів рентгенівської трубки. Перевірка якості зображення та артефактів, заміряння одиниць Хаунсфілда з використанням фантома TOS.

Необхідність та періодичність проведення технічного обслуговування комп'ютерного томографа Aquilion prime (TOSHIBA) вимагається експлуатаційною технічною документацією виробника обладнання.

**Обґрунтування
очікуваної
вартості**

Закупівля запланована з метою проведення технічного обслуговування комп'ютерного томографа Aquilion prime (TOSHIBA) згідно вимог технічної документації обладнання задля організації безперебійної роботи кабінету комп'ютерної томографії рентгенівського відділення медичного закладу.

Очікувана вартість закупівлі розрахована на підставі моніторингу вартості аналогічних робіт, проведених сервісними службами у 2020 році.

Очікувана вартість закупівлі – 123 600 грн з ПДВ грн.

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету



БАРАНОВ І.В.

КОМПАНІЄЦЬ С.В.