

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Стіл операційний (код НК 024:2019 – 58034 Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом) (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)

Ідентифікатор закупівлі: спрощена закупівля

ID: UA-2021-06-07-006511-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Підставами для закупівлі та укладання відповідного договору є наступні обставини:

Хірургічне відділення потребує у закупці 2 операційних столів, згідно наказів МОЗ України №236 від 04.04.2012 р., та №181 від 04.04.2008 р., санітарно-епідемічних вимог № 259 від 02.04.2013 р. МОЗ України: (операційні столи, які знаходяться в хірургічних кабінетах не можливо використовувати – корпус столів покритий корозією, м'які деталі пошкоджені, механізм столів не функціонує), не підлягають ремонту та технічним можливостям у використанні:

№	Найменування	Вимога
1	Стіл повинен бути з гідравлічно-механічним приводом	наявність
2	Станина і телескопічна тумба столу повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі	наявність
3	Ложе столу повинно складатися з секції для голови, спинної секції, центральної секції та двох роздільних секцій для ніг	наявність
4	Розміри верхньої частини столу (довжина × ширина)	не менше 2080 × 480 мм
5	Діапазон переміщення вгору-вниз	не менше 260 мм
6	Висота верхньої частини столу від підлоги	не гірше 780-1040 мм
7	Бічний нахил ложа вліво	не менше 20°
8	Бічний нахил ложа вправо	не менше 20°
9	Тренделенбург	не менше 25°
10	Зворотній тренделенбург	не менше 25°
11	Нахил секції для голови вгору	не менше 65°
12	Нахил секції для голови вниз	не менше 90°
13	Нахил секції спинної вгору	не менше 90°
14	Нахил секції спинної вниз	не менше 12°
15	Нахил секції для ніг вниз	не менше 90°
16	Нахил секції для ніг вгору	не менше 15°
17	Розведення секцій для ніг	не менше 180° (2×90°)
18	Максимальне безпечне навантаження	не менше 160 кг
19	Висота моста для нирок	не менше 0-120 мм
20	Регулювання висоти столу повинно відбуватися за допомогою педалі гідравлічного приводу	наявність
21	Секція для голови та секції для ніг повинні бути знімними	наявність
22	Нахил секції для голови повинен здійснюватись за допомогою безступінчатого затискного фіксуючого механізму	наявність
23	Налаштування положення секцій для ніг повинно відбуватися за допомогою зубчастих фіксаторів	наявність
24	Положення опор для рук, опор під коліна, опор бічних, упорів для плечей, опор для стоп ніг, анестезійного екрану повинно налаштовуватись вручну	наявність

25	Блокування і розблокування основи столу повинно відбуватися шляхом одноразового натискання ногою на педаль гальм, яка розташована на основі столу	наявність
26	Рейки для встановлення додаткових аксесуарів з обох боків столу	наявність
27	Розміри рейок для встановлення додаткових аксесуарів	висота не більше 30 мм, товщина не більше 8 мм
28	Ручки управління для налаштування нахилів ложа в положення тренделбург та зворотній тренделенбург, нахилів ложа вліво і вправо, нахилів спинної секції, висоти мосту для нирок повинні бути розташовані під секцією для голови	наявність
29	Збільшення загальної довжини столу за рахунок встановлення подовжуючих секцій	наявність
30	Нирковий валик, повинен бути вбудований в базову конструкцію столу	наявність

Комплектація

1	Стіл операційний (станина та ложе)	1 шт.
2	Дуга анестезіологічна	1 шт.
3	Секція для голови	1 шт.
4	Опора для плечей	2 комплекти
5	Опора для руки	2 комплекти
6	Опора бічна	2 комплекти
7	Опора під коліна	2 комплекти
8	Опора для стоп ніг	1 комплект
9	Матрац	1 комплект

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у даному додатку.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, виготовленим не раніше 2020 року й таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Стіл операційний (код НК 024:2019 – 58034 Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом) (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків), кошти НСЗУ - становить 119 600,00 грн.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі, проведено за результатами моніторингу цін на вказані позиції предмета закупівлі на 2021 рік за результатами проведених моніторингу вказаних предметів закупівель на інтернет-ресурсах. Очікувана вартість предмета закупівлі – 119 600,00 грн.