

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 -40768 - Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний)**

UA-2021-07-30-008332-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.

Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 -40768 - Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний)**

Загальні вимоги:

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у додатку до Документації.

Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація. Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці.

**Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі**

№	Найменування товару	Од. виміру	Кількість
1.	Ультразвуковий лінійний датчик	Шт.	1
2.	Ультразвуковий фазований датчик	Шт.	1

Загальні вимоги:

№	Характеристики	Вимоги
1.	Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався	Надати гарантійний лист
2.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 12 місяців, надати гарантій
3.	Наявність в Україні сервісного центру та спеціалістів, які сертифіковані виробником обладнання	Надати довідку в довільній формі

Медико-технічні вимоги:

1. Ультразвуковий лінійний датчик – 1 шт.

№	Опис	Наявність функції або величина параметру	Відповідність запропонованого обладнання з посиланням на відповідну сторінку документу
<b>1. Загальні вимоги</b>			

1.1	Лінійний ультразвуковий датчик	Наявність	
<b>2. Технічні характеристики</b>			
2.1	Лінійний датчик повинен бути призначений для досліджень малих органів, судин та досліджень в педіатрії	Наявність	
2.2	Діапазон частот, МГц	5– 12 (+/-1)	
2.3	Довжина апертури сканування, см, не менше	35	
2.6	Підтримка режимів: - 2D - Імпульсно-хвильовий - Кольоровий доплер - Енергетичний доплер - Тканинної гармоніки	Наявність	
2.8	Датчик повинен бути сумісний з ультразвуковою діагностичною системою Q40, виробництва компанії SG Healthcare	Наявність	

2. Ультразвуковий фазований датчик – 1 шт.

№	Опис	Наявність функції або величина параметру	Відповідність запропонованого обладнання з посиланням на відповідну сторінку документу
---	------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**1. Загальні вимоги**

1.1	Фазований (секторний) ультразвуковий датчик	Наявність	
-----	---------------------------------------------	-----------	--

**2. Технічні характеристики**

2.1	Фазований датчик повинен бути призначений для кардіологічних та абдомінальних досліджень	Наявність	
2.2	Діапазон частот, МГц	1– 4 (+/-0,5)	
2.3	Довжина апертури сканування, см, не більше	20	
2.6	Підтримка режимів: - 2D - Імпульсно-хвильовий - Постійно-хвильовий - Кольоровий доплер - Енергетичний доплер - Тканинної гармоніки	Наявність	
2.7	Датчик повинен бути сумісний з ультразвуковою діагностичною системою Q40, виробництва компанії SG Healthcare	Наявність	

Очікувана вартість предмета закупівлі	276 000,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.