

не завершено
Розум



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,

e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2025 рік по КНП «ДЦПМСД№9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару	За кодом НК 024:2023	Одиниці вимірювання	кількість	Ціна, грн	Сума, грн.
1	Апарат для проведення сфокусованої ударно-хвильової терапії	47790 Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії	шт	1	1475000,00	1475000,00
2	Стабілоплатформа для функціональної оцінки та реабілітації	17407 - Балансир	шт	1	533000,00	533000,00
						2008000,00
Всього:						

Загальна сума закупівлі складає: 2 008 000,00 грн. (два мільйони вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

Медико-технічні вимоги.

1. Апарат для проведення сфокусованої ударно-хвильової терапії.

№ з/п	Назва параметру	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника
1.	Апарат для проведення сфокусованої ударно-хвильової терапії	
2.	Пристрій має бути призначений у використанні в ортопедії/протибольовій терапії, неврології, дерматології (лікуванні ран), урології	
3.	Сфокусовані ударні хвилі мають генеруватися електромагнітним способом	

4.	Наявність сенсорного дисплею діагоналю не менше 10 дюймів з док-станцією для оптимального з'єднання між пристроєм і монітором.	
5.	Наявність готових протоколів лікування, з можливістю ведення та редагування баз пацієнтів та протоколів для кожного пацієнта, та розширеного анатомічного тривимірного атласу	
6.	Можливість попереминого підключення двох аплікаторів сфокусованих хвиль	
7.	Аплікатор (стандартний) сфокусованих ударних хвиль зі щільністю енергетичного потоку 0,01-0,55 мДж/мм ²	
8.	Аплікатор (опціональний) сфокусованих ударних хвиль зі щільністю енергетичного потоку 0,03-1,24 мДж/мм ²	
9.	Частота випускання імпульсів від 1 до 8 Гц	
10.	Наявність двох гелевих насадок для налаштування фокусу та глибини проникнення сфокусованих хвиль	
11.	Ручні аплікатори для передачі сфокусованих ударних хвиль з вбудованим дисплеєм з відображенням та налаштуванням основних параметрів процедури	
12.	Глибина фокусу від 0 до 65 мм, загальна глибина проникнення сфокусованих хвиль до 125 мм	
13.	Методичний посібник для лікування з показами та рекомендаціями українською мовою	
14.	Декларація про відповідність технічному регламенту №753 щодо медичних виробів відповідно до ст.5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»	
15.	Гарантійне обслуговування, не менше 24 місяців	

2. Стабілоплатформа для функціональної оцінки та реабілітації

№	Медико-технічні вимоги	Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції
1	Призначена для оцінки та терапії для реабілітації пацієнтів з порушеннями моторики, контролю рухів і сил, точності, координації, контролю над тілом (рівноваги) і балансом	
2	Діапазон вимірювання сили від 0 до 1200 Н	
3	Портативний пристрій вагою не більше 5 кг	
4	Наявність програмного забезпечення з вбудованими вимірювальними модулями та інтерактивними терапевтичними модулями з аудіовізуальним зворотним зв'язком	
5	Наявність чотирьох вбудованих датчиків сили для отримання інформації про завантаження та розвантаження, розподіл ваги та центр тиску (ваги)	
6	Наявність вбудованого датчику прискорення для вимірювання відхилення під час динамічного застосування	

7	Наявність вбудованої акумуляторної батареї із зовнішнім зарядним пристроєм	
8	Наявність не менше двох нестабільних елементи 1D та 2D для використання в динамічному режимі	
9	Можливість проведення терапії стоячи або сидячи, спираючись нижніми кінцівками на стабілоплатформу, а також спираючись верхніми кінцівками на стабілоплатформу	
10	Наявність бездротового підключення до ПК	
11	Наявність програм для проведення стандартизованого баланс-тесту	
12	Декларація про відповідність технічному регламенту №753 щодо медичних виробів відповідно до ст.5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»	
13	Гарантійне обслуговування, не менше 12 місяців	

* В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений Замовником з посиланням на документи виробника (інструкції та/або технічного опису чи технічних умов, та/або інших документів українською мовою) в яких міститься ця інформація.

Учаснику необхідно заповнити таблицю відповідності.

Строк поставки товару протягом 5- ти робочих днів з моменту отримання заявки від замовника.

Загальні вимоги


- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.
- Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію експлуатаційної документації українською мовою.
- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження надати копію(ї) декларації(ій) (сертифікату(ів)) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України, завірену(і) належним чином.
- Запропоноване Учасником обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні – на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.
- Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців (24 місяці апарату для проведення сфокусованої ударно-хвильової терапії) з дати введення в експлуатацію, на підтвердження чого Учасник повинен нада-ти гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.
- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами), який(і) має(ють) відповідні знання та навички. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника щодо наявності сервісної служби на території України.
- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів у кількості та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

Обґрунтування закупівлі: для підвищення якості надання медичних послуг населенню в сфері реабілітації та фізіотерапії згідно заключних пакетів від НСЗУ.

Завідувач відділення реабілітації



Олена БІРЮКОВА

В.о. медичного директора



Тетяна ПЛІТЧЕНКО