

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984636

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. В.Антонювича, буд. 65

Категорія: 86.1 «Діяльність лікарських закладів»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування														
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості закупівлі	Очікуваної вартості закупівлі												
1	2	3	4	5														
2	Міроскоп нейрохірургічний за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015: 385100003 НК 024:2023 – 41895 - Міроскоп нейрохірургічний	21 785 666,67 грн	UA-2025-02-17-013599-а	<p>Міроскоп нейрохірургічний (НК 024:2023 – 41895 - Міроскоп нейрохірургічний)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування параметру</th> <th>Технічні вимоги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Оптика</td> <td>Апохроматична</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Робоча відстань</td> <td>Від не більше 225 мм до не менше 510 мм</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Джерело освітлення</td> <td>2 шт. ксенонові (або еквівалент) лампи потужністю не менше 300</td> </tr> </tbody> </table>	№	Найменування параметру	Технічні вимоги	1.	Оптика	Апохроматична	2.	Робоча відстань	Від не більше 225 мм до не менше 510 мм	3.	Джерело освітлення	2 шт. ксенонові (або еквівалент) лампи потужністю не менше 300	Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання послуг щодо забезпечення дієтичним харчуванням хворих в	
№	Найменування параметру	Технічні вимоги																
1.	Оптика	Апохроматична																
2.	Робоча відстань	Від не більше 225 мм до не менше 510 мм																
3.	Джерело освітлення	2 шт. ксенонові (або еквівалент) лампи потужністю не менше 300																

