

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984636

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, буд. 65

Категорія: 86.1 «Діяльність лікарських закладів»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Обґрунтування				
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
№ з/п				
1	2	3	4	5
	Виріб для тестування функцій легень за «Єдиним закупівельним словником» код ДК 021:2015-33120000-7	2 361 334,00 грн.	Виріб для тестування функцій легень загальні вимоги 1. Пристрій повинен бути призначений для вимірювання функцій легень у дорослих і дітей віком від 5 років у стані спокою (включаючи спірометрів, легеневі об'єми та дифузійну здатність). 2. Пристрій повинен бути розміщений у настільному контейнері та має включати в себе ручний блок із точними датчиками потоку повітря та тиску, клапаном швидкого перемикавання та зручний графічний інтерфейс із сенсорним екраном. 3. Дані, виміряні пристроєм, повинні включати потік повітря та об'єм. 4. Пристрій повинен використовуватися для виконання	Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості Предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання послуг щодо забезпечення дієтичним харчуванням хворих в лікувальних закладах, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та
2				

обладнання», НК 024:2023 - 13680 Діагностувальний спірометр			наступних тестів: • Спірометричні вимірювання, включаючи спірометричні стимули • Традиційне вимірювання форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ). • Вимірювання після прийому бронходилататорів • Традиційне вимірювання повільної життєвої ємності легень (ПЖЄЛ) (при спокійному диханні). • Традиційне вимірювання максимальної довільної вентиляції (МДВ). • Вимірювання об'єму легень (ОЛ) Вимірювання дифузійної здатності окису вуглецю (DLSO). • Бронхо-провокаційний тест Введення даних Мір/Мер і 6MMWT. 5. Живлення 100-240 V (В) (50-60 Hz (Гц)) 6. Висота, не більше 51 см 7. Ширина, не більше 31 см 8. Глибина, не більше 47 см 9. Вага, не більше 10 кг 10. Висота, не більше 21 см 11. Ширина, не більше 4,5 см 12. Глибина, не більше 12 см 13. Вага, не більше 0,3 кг 14. Діапазон двонаправленого датчика потоку 0-14 л/с 15. TFT-дисплей, не менший ніж 10,8-дюймовий, ширококутний 16. Роздільною здатністю FHD, не гірше ніж (1920 x 1920) 17. Сенсорний екран, не гірше ніж 10 точок 18. Операційна система, не гірше ніж Windows 11 Pro 19. Висота, не менше 18,7 см 20. Ширина, не менше 26,7 см 21. Глибина, не менше 0,87 см 22. Вага, не більше 0,700 г Технічні характеристики пристрою 23. Точність вимірювання Ob'єм: +/-3% REF: +/-10% CO: +/-1% (FS) CH4: +/-1% (FS) 24. Діапазон вимірювання (Ob'єм): 0-8 л (для VC, FVC, FEV1) Потік: 0-14 л/с CO: 0-3500 ppm (млн- 1) CH4: 0-3500 ppm (млн-1)	інформації з отриманих комерційних пропозицій від виконавців аналогічних послуг на момент вивчення ринку. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання. З урахуванням наданих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі становить 2 361 334,00грн.
---	--	--	--	--

			25. Омір <1,5 смН20/л/сек при 14 л/с 26. Одиниці вимірювання- Усі вимірювання відображаються в одиницях ВТРС/СТРД 27. Перевірка калібрування виконується з використанням одиниць АТР Технічні характеристики роз'ємів і кабелів 28. Задня панель USB 2.0 може використовуватися для: -USB карти активзації -для фільтрів - Принтера - Зовнішнього флеш- накопичувача Зовнішньої миші та клавіатури 29. Порт Мігіо HDMI- Може використовуватися для підключення зовнішнього монітора Умови робочого середовища 30. Температура від 20 до 40°С 31. Відносна вологість від 20 до 80% 32. Атмосферний тиск від 900 до 1060 см (СМ) Н20 Аксесуари 33. Інструкція користувача, USB флеш- накопичувач 34. Шнур живлення 35. Калібрувальний фільтр 36. Блок керування 37. Шнур живлення блоку керування 38. USB-кабель блоку керування 39. Газова трубка DLSO 40. Портативний блок 41. Візок для пристрою Відповідність стандартам 42. Пристрій повинен відповідати наступним стандартам • EN/IEC 60601-1 - • EN/IEC 60601-1-2 • ISO 26782- • ATS/ERS • EN/IEC 62366 - EN/IEC 62304 Виріб для тестування функцій легень повинен поставлятись у комплекті: • Безкабінна спірометрична система з безгазовою	
--	--	--	---	--

			плетизмографією (L.V.M) та функцією дифузійного тестування легень (DLCO) - 1 шт; • Візок для спірометричної системи з кріпленням для газового багону, принтера, блоку безперерйного живлення, калібрувального шприца та кошику для розхідних матеріалів розміщення системи керування - 1 шт.; • Ключ USB - 1 шт.; • Планшет «Microsoft»- 1 шт.; Ліцензійне програмне забезпечення«Microsoft» - 1 шт. Додаткове обладнання для дифузійного тестування легень спірометричної системи повинен поставлятись у комплекті: • Багон сталевий на 10 літрів з калібрувальною газовою сумішшю на основі азоту (STN 0,3% CO 0,3% O2 21%) - 1 шт; • Редуктор високого тиску «Lingle gas»- 1 шт; • Калібрувальний шприц на 3 л; • Анатомічний бактеріально-вірусний фільтр 33 мм, номер TSVBMO 34/A – 50 шт.	
--	--	--	---	--

Уповноважена особа



Ірина ГОНЧАР