

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984636

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, буд. 65

Категорія: 86.1 «Діяльність лікарських закладів»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				Обґрунтування	
				Обґрунтування	
1	2	3	4	5	
2	Витратні матеріали для апарата Діараст СРКТ В.Вгап (для гемофільтрації / гемодіалізу) за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 - 33180000-5 «Апаратура для	2000 000.00 грн	UA-2025-04-02-013125-а	Медико-технічні вимоги	
				№ з/п	Характеристик
				а	Вимоги
1.1.	Складована набору : артеріальної магистрالی -	Наявність	1.	Набір для гемофільтрації-гемодіалізу сумісний з апаратом Діараст СРКТ В.Вгап або еквівалент	
				Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання	

підтримування фізіологічних функцій організму»			

2.3	Калій (K ⁺)	2,0-3,0 ммоль/л
3.	Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,8-1,9 м ²	
3.1	Стерилізація	опромінення
3.2	Об'єм заповнення	не більше 120 мл
3.3	Коефіцієнт ультрафільтрації	не менше 90
	(мл/год*мм.рт.ст.)	
4.	Катетер для гемодіалізу	
4.1	Призначений для проведення процедур гемодіалізу/гемодіалізації	
4.2.	Катетер повинен бути рентгеноконтрастним з двома просвітами з м'яким кінчиком	
4.3	Повинен складатись: • канюля із клапаном не менше 18G • марковий провідник з гнучким J- підібним кінчиком та диспенсором розширювач • скальпель • ін'єкційний ковпачок • з'єднувальний кабель для виводу на апарат внутрішньопередсердної ЕКГ • шприц Omifix 5 мл	

