

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984636

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, буд. 65

Категорія: 86.1 «Діяльність лікарських закладів»

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Обґрунтування		Обґрунтування	
№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначеним коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі
1	2	3	4
Рулони для стерилізації за «Єдиним закупівельним словником»		420 000.00 грн.	UA-2025-04-25-008031-а
2	ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні		
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:		Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості	
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:		Предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання	

	1 Рулон плоский для стерилизації паровим методом, ширина 50 мм довжина 200м Плоскі рулони вироблені із прозорої світло-блакитної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м² і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м² з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134°С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200 м, ширина 50 мм.	послуг щодо забезпечення дієтичним харчуванням хворих в лікувальних закладах, а саме загальнодошпитної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих комерційних пропозицій від виконавців аналогічних послуг на момент вивчення ринку. Очікувана вартість закупівлі формувався із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання. 3 урахуванням наданих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі становить 420 000.00 грн
	2 Рулон плоский для стерилизації паровим методом, ширина 75 мм довжина 200м Плоскі рулони вироблені із прозорої світло-блакитної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м² і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м² з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової	

					стерилізації температура має складати 121° С - 134°С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200 м, ширина 75 мм.		
				3	Рулон плоский для стерилізації паровим методом, ширина 90 мм довжина 200м	Плоскі рулони вироблені із прозорої або світло-блакитної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м2 і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м2 з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200м, ширина 90 мм.	
				4	Рулон плоский для стерилізації паровим та газовим	Плоскі рулони вироблені із прозорої або світло-блакитної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м2 і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю	

				методом, ширина 100 мм довжина 200м	не менш ніж 70г/м ² з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200м, ширина 100 мм.	
			5	Рулон плоский для стерилізації паровим та газовим методом, ширина 150 мм довжина 200м	Плоскі рулони вироблені із прозорої або світло-білої багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м ² і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м ² з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200м, ширина 100 мм.	

				ніж 18 місяців. Довжина рулону 200м, ширина 150 мм.	
			6 Рулон плоский для стерилізації паровим методом, ширина 200 мм довжина 200м	Плоскі рулони вироблені із прозорої або світло-білактної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м2 і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м2 з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО). Чорнила, що використовуються, повинні бути виготовлені на водній основі й нетоксичні. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С ; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С. Загальний термін придатності рулонів складає не менше ніж 8 років. Термін зберігання виробів простерилізованих рулонів - Не менш ніж 18 місяців. Довжина рулону 200м, ширина 200 мм.	
			7 Рулон плоский для стерилізації паровим методом, ширина 250 мм	Плоскі рулони вироблені із прозорої або світло-білактної багатошарової медичної плівки (прозорий бік) щільністю не менш ніж 55г/м2 і водовідштовхувального медичного паперу (непрозорий бік) щільністю не менш ніж 70г/м2 з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен	

--	--	--	--	--

Уповноважена особа

Ірина ГОНЧАР